

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 2
ze dne 3. 11. 2022

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dodávky SZM – Elektrofyzologie

Část 7: Diagnostické a mapovací katétry pro zvýšenou bezpečnost pacienta

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávky SZM – Elektrofyzologie, Část 7: Diagnostické a mapovací katétry pro zvýšenou bezpečnost pacienta“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2022-040073, který byl dne 6. 10. 2022 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Součástí základní charakteristiky této části, bod 3.2.7. ZD je uveden katétr pro měření teploty v jícnu. Domníváme se, že tento katétr / sonda svým charakterem neodpovídá zbývajícím poptávaným položkám a tudíž by měl být samostatnou položkou a neslučován s tak specifickými mapping katétry. Uvedený katétr je určen pro hlídání teploty v jícnu a má zcela jiný způsob zavádění i účel užití. Žádáme o přehodnocení tohoto požadavku.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Kategorie 7 je kategorie katétrů, které se používají vždy, když je zapotřebí zvýšit bezpečnost invazivních ablačních katérových výkonů pro srdeční arytmie, ať již supraventrikulární nebo komorové, a to nezávisle na tom, jakou cestou jsou do těla pacienta zaváděny. Tyto katétry mají limitované použití a jsou užívány ve speciálních případech dle uvážení lékaře provádějícího výkon. Atomizace této části VZ (podobně jako ostatních částí VZ) na jednotlivé katétry by znamenala prakticky nemožný požadavek na soutěž každého specifického katétru zvlášť, což není vzhledem k vyšším desítkám různých typů různých katétrů různých zakřivení či způsobů ovládání technicky možné. Zadavatel trvá na sdružení katétrů alespoň do jmenovaných základních specifikovaných kategorií, i z důvodu požadavků na kontinuitu správné klinické praxe.

V Českých Budějovicích

Dne 3. 11. 2022

Zdeňka Nigrinová
Oddělení veřejných zakázek