



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 3. 11. 2022

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

„Skiagrafické přístroje“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu se ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Vzhledem k uspořádání a technické specifikaci požadovaných skiagrafických RTG přístrojů by uchazeč uvítal předložení rozměrových a statických možností obou snímkoven pro přesnější prostorové umístění přístrojů.

Žádáme proto o doplnění stávající zadávací dokumentace o dostupnou výkresovou dokumentaci prostor, kterých se předmětná dodávka týká.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel na základě žádosti poskytuje výkresovou dokumentaci týkající se prostor pro instalaci předmětu plnění veřejné zakázky. Jedná se o prostor v pavilonu E (2NP) nemocnice – místnost s označením 2.71 (výška je 318 cm k sadrokartonovému podhledu, 380 cm ke stropu) pro instalaci skiagrafického přístroje se stropním závěsem rentgenky a třemi flat detektory a místnost v budově polikliniky s označením 1.26 (výška 278 cm k podhledu - kazety, 293 cm ke stropu) pro instalaci skiagrafického přístroje se stropním závěsem rentgenky.

Zadavatel dále uvádí, že nové přístroje budou umístovány do prostor, ve kterých v současné době fungují přístroje Philips Bucky Diagnost (místnost 1.26 na poliklinice) a Philips Duo Diagnost (pavilon E, místnost 2.71), jež budou právě novými nahrazeny.

Výkresová dokumentace tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Vzhledem k charakteru poskytnutých informací ve vysvětlení zadávací dokumentace, které nemění zadávací podmínky a ani nerozšiřují okruh potenciálních dodavatelů, zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva