



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

zadavatel veřejné zakázky

## Nemocnice Strakonice, a.s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, IČO 260 95 181

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ČÁSTI 2

## OPRAVA

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
ve věci veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení

**React – EU – Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. – C rameno**

### a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

#### Zadavatel

zadavatel: Nemocnice Strakonice, a.s.  
spisová značka: B 1465 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
sídlo: Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice  
IČO: 260 95 181  
zastoupený: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Jiří Švec, členem představenstva  
Kontaktní osoba: Ing. Karel Matas, vedoucí technicko-provozního oddělení  
Telefon, email: +420 383 314 120, matas@nemst.cz

#### Předmět

##### Část 2 – C rameno

Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks **C ramena RTG** v rozsahu dle technické specifikace, která tvoří **Přílohu č. 2 zadávací dokumentace**, která bude tvořit následně přílohu č. 1 kupní smlouvy.

**Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH –** ~~6 836 500,00 Kč za přístroj~~  
**3 250 00,00 Kč za přístroj**  
2 400 000,00 Kč za pozáruční servis

### b) použitý druh zadávacího řízení

Předmětné zadávací řízení bylo zadáno v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

### c) označení účastníků zadávacího řízení

#### Nabídka účastníka zadávacího řízení (1)

Dodavatel: **FOMEI s.r.o.**  
Sídlo: U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8  
IČO: 465 04 869  
K1 – Nabídková cena bez DPH, včetně 8 let plného pozáručního servisu – 70%: 6 170 000,00 Kč  
K2 – Technické vlastnosti (akviziční matrice plochého detektoru) – 10% <sup>maximální hodnota</sup> 1344 pixelů  
K3 – Technické vlastnosti (pulzní fluoroskopie) – 10% <sup>maximální hodnota</sup> 15  
K4 – Technické vlastnosti (chlazení RTG zářiče) – 10%: ANO – 100 bodů <sup>kapalinou</sup>

### Nabídka účastníka zadávacího řízení (2)

Dodavatel: **MEDIFINE, a.s.**

Sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČO: 277 18 948

K1 – Nabídková cena bez DPH, včetně 8 let plného pozáručního servisu – 70%: 6 463 000,00 Kč

K2 – Technické vlastnosti (akviziční matrice plochého detektoru) – 10% <sup>maximální hodnota</sup> 1952 pixelů

K3 – Technické vlastnosti (pulzní fluoroskopie) – 10% <sup>maximální hodnota</sup> 15

K4 – Technické vlastnosti (chlazení RTG zářiče) – 10%: NE – 1 bod <sup>vzduchem</sup>

### Nabídka účastníka zadávacího řízení (3)

Dodavatel: **AURA Medical s.r.o.**

Sídlo: K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4

IČO: 654 12 559

K1 – Nabídková cena bez DPH, včetně 8 let plného pozáručního servisu – 70%: 5 650 000,00 Kč

K2 – Technické vlastnosti (akviziční matrice plochého detektoru) – 10% <sup>maximální hodnota</sup> 2048 pixelů

K3 – Technické vlastnosti (pulzní fluoroskopie) – 10% <sup>maximální hodnota</sup> 25

K4 – Technické vlastnosti (chlazení RTG zářiče) – 10%: ANO – 100 bodů <sup>kapalinou</sup>

### d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Žádný účastník předmětného zadávacího řízení nebyl vyloučený.

### e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

#### Nabídka účastníka zadávacího řízení (1)

Dodavatel: **AURA Medical s.r.o.**

Sídlo: K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4

IČO: 654 12 559

Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH – ~~6 836 500,00 Kč za přístroj~~

3 250 00,00 Kč za přístroj

2 400 000,00 Kč za pozáruční servis

### f) označení poddodavatelů

---

### g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nebylo použito.

### h) odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění

Nebylo použito.

### i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nebylo použito.

### j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo

Nebylo použito.

### k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Jiné komunikační prostředky nebyly použity. Nabídky měly být podány pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele [https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_207.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html).

**l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů a následně přijatých opatření, byl –li střet zájmů zjištěn**

Nebyl zjištěn střet zájmu.

**m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Veřejná zakázka byla rozdělena na části. Písemná zpráva se týká části 2 předmětu veřejné zakázky.

**n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

-----

\*\*\*

Zveřejněno na profilu zadavatele

[https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_207.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_207.html)

vyhotovila společnost RECTE.CZ, s.r.o.