



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 14. 11. 2022

**k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Plicní ventilátory“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Plicní ventilátor střední třídy 1ks

Zadavatel požaduje: Možnost měření volumetrické kapnometrie včetně čidla

Uchazeč nabízí: Integrované Main stream měření EtCO₂+modul+čidlo

Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že trvá na stanovené technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace, nebude tedy akceptovat nabízené řešení.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Plicní ventilátor vyšší třídy 2ks

Zadavatel požaduje: Dechová frekvence alespoň 1-150 dechů/min

Uchazeč nabízí: Dechová frekvence 4-150 dechů/min

Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že pro položku „Dechová frekvence alespoň 1-150 dechů/min“ uvedenou v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace) u plicního ventilátoru vyšší třídy bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: dechová frekvence alespoň 4-150 dechů/min.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Plicní ventilátor vyšší třídy 2ks

Zadavatel požaduje: Doba dosažení nárůstu tlaku alespoň 0-2s

Uchazeč nabízí: Doba dosažení nárůstu tlaku 0-0,4s

Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že trvá na stanovené technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace, nebude tedy akceptovat nabízené řešení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Plicní ventilátor vyšší třídy 2ks

Zadavatel požaduje: Flow trigger 0,2-15 l/min

Uchazeč nabízí: Flow trigger 0-2 l/min, kdy uchazeč považuje výhodnější rozsah od nuly, kde má trigger vysokou citlivost a spouští nádechy při minimální snaze pacienta. S vyšším průtokem se zvyšuje i úsilí, které musí pacient vyvinout aby inicioval nádech.

Uchazeč nabízí flow trigger 0-2l/min a od vyšších hodnot plynulý přechod do pressure triggeru od -1 do -20 cm H₂O.

Bude zadavatel akceptovat nabízené řešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že trvá na stanovené technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace, nebude tedy akceptovat nabízené řešení.

Z důvodu, že na základě výše uvedeného dochází v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace) ke změně, zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Upravená verze Přílohy č. 1 zadávací dokumentace ve smyslu výše uvedeného bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Dále bude provedena rovněž aktualizace lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 1. 12. 2022 do 10 hodin.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva