



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 7. 12. 2022

**k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Nemocniční lůžka“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 1:

Pacientské lůžko - 10 ks pro CHIR JIP a 2 ks pro INT JIP

Parametr - Ložná plocha RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka

Může uchazeč zadavateli nabídnout ložnou plochu RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z čela lůžka?

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 1:

Zadavatel trvá na svém požadavku umístění držáku RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka, a to z důvodu uspořádání pracoviště zadavatele, které neumožňuje variantu vkládání kazety z čela lůžka.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 2:

Pacientské lůžko - 10 ks pro CHIR JIP a 2 ks pro INT JIP

Parametr - Kompaktní (bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úroveň ložné plochy), výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - min. 45cm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř

Může uchazeč zadavateli nabídnout kompaktní (bez pórů a spár) plastové dělené postranice po celé délce lůžka s ergonomickým ovládáním pod úrovní ložné plochy - mimo dosah pacienta?

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 2:

Zadavatel neakceptuje řešení s postranicemi po celé délce lůžka s ovládáním pod úrovní ložné plochy, a to z důvodu nenaplnění současných požadavků na dostatečné zajištění pacienta před pádem, nerestriktivnost postranic (tzn. možnost bezpečného opuštění lůžka pacientem) a z důvodu neergonomického přístupu k ovládání z pohledu ošetřovatelského personálu.

Zadavatel trvá na požadavcích stanovených v zadávací dokumentaci, respektive v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 3:

Pacientské lůžko - 10 ks pro CHIR JIP a 2 ks pro INT JIP

Parametr - Oboustranně v postranicích integrované centrální sesterské LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vážicího systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další...)

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s integrovanými ovladači v postranicích, kde ovladače z vnější strany slouží jako sesterské s rozšířenými funkcemi pro ovládání lůžka, z vnitřní strany jsou ovladače pacientské s omezenými funkcemi pro ovládání lůžka + centrální sesterský panel, který je nadřazen oběma panelům s ovládáním všech funkcí lůžka + vážicího systému?

Uchazeč se domnívá, že se jedná o technicky rovnocenné řešení, které nemá vliv na medicínský účel lůžka, tudíž nemá jak ovlivnit zdravotní stav pacienta na lůžku.

Zadavatel připuštěním tohoto rovnocenného řešení dosáhne rovné soutěže pro více uchazečů a získá tím výhodnější cenu nakupovaného zařízení.

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 3:

Tazatel neuvádí, zda se u nabízeného řešení centrálního sesterského panelu jedná o „integrovaný“ sesterský panel. Zadavatel nebude akceptovat bezdrátové nebo sesterské ovládací panely s LCD s kabelovou přípojkou.

Zadavatel uvádí, že z důvodu včasné reakce zdravotnického personálu trvá na uvedeném požadavku v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, tzn. „*Oboustranně v postranicích integrované centrální sesterské LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vážicího systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další...)*“.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 4:

Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 12 ks)

Parametr - Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro táč s jídlem min. 580x330 mm, nosnost min. 8 kg

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s jídelní deskou o rozměrech 56x35cm?

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 4:

Ano, zadavatel uvádí, že bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: „*Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro táč s jídlem min. 560x330 mm, nosnost min. 8 kg.*“



Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 5:

Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 12 ks)

Parametr - Kolečka o průměru min. 75 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s kolečky o pr. 65mm?

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 5:

Ano, zadavatel uvádí, že bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: „Kolečka o průměru min. 65 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná.“

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 6:

Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 12 ks)

Parametr - Zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek se zásuvkou na kvalitních výsuvech pomocí systému plastových lišt?

Výhodou tohoto systému je, že se nemůže porouchat (např. vysypat ložiska z pojezdu) a zákazník ušetří nemalé peníze za servis.

Kvalita výsuvu je naprosto srovnatelná a k vypadnutí zásuvky slouží pojistka, která je součástí systému výsuvu.

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 6:

Ano, zadavatel uvádí, že bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: „Zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách nebo na kvalitních výsuvech pomocí systému plastových lišt“.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 7:

Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 12 ks)

Parametr - Držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek, kde k manipulaci se stolem slouží zvýšené okraje odkládací desky?

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 7:

Zadavatel uvádí, že z hygienických důvodů trvá na manipulačních madlech, tzn. na požadavku uvedeném v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 8:

Parametr - Základní technické požadavky - matrace (v počtu 10 ks)

- Základní technické požadavky - matrace (v počtu 5 ks)

Zadavateli nabízíme inovativní hybridní aktivní antidekubitní matraci s inteligentním systémem automatického nastavení tlaku bez nutnosti nastavení personálem.

Může uchazeč zadavateli nabídnout aktivní antidekubitní matraci s hybridním systémem (arsos® light + dexos® light XXL wds) v podobě pasivní a aktivní matrace v jednom?



Katalogový list přikládáme přílohou k dotazům.

Níže uvádíme výhody této hybridní aktivní antidekubitní matrace:

- Systém kombinuje pasivní (II. st.) a aktivní (IV. st.) matraci v jednom, což umožňuje počáteční provoz při akutním příjmu bez nafouknutí.

Matrace se umí díky integrované pění a tím pádem podpoře ležícího pacienta, nafouknout s ležícím pacientem. To samé platí po akutní CPR,

kdy se musí rychle vypustit veškerý vzduch z matrace. V případě požadované pouze vzduchové matrace při akutním příjmu nebo po vyfouknutí matraci při CPR,

musíte pacienta uložit prozatím třeba na lehátko a teprve po plném nafouknutí matrace na požadovaný tlak, mohu pacienta položit na matraci.

- Tvar komory je plošší ve srovnání s pouze vzduchovými systémy, takže hmotnost pacienta je rozložena na větší plochu a tím se sníží tlak na kůži.

Díky této konstrukci je nutný tlak vzduchu v hybridní matraci, aby udržel pacienta ve vzduchu, čtvrtinový (cca 30 mBar) oproti pouze vzduchovým matracím (cca 120 mBar).

Tímto extrémně nízkým tlakem se nejen snižuje tlak na pokožku ležícího pacienta a tím se významně zvyšuje ochrana proti dekubitům, ale také se výrazně

zvyšuje životnost kompresoru, protože vyrábí čtvrtinový tlak. Významným faktorem je zvýšení životnosti kompresoru a snížení provozních servisních nákladů.

- Celková výška je díky této inovativní konstrukci pouhých 12 cm a tím je plně zachována funkce postranic, čímž se hlavně eliminuje možný pád pacienta při

laterálním polohování = zvýšená ochrana a bezpečnost pro pacienta.

- Důležitou funkcí je neomezená doba přepravy a provoz bez zdroje energie. Pokud se matrace vyfoukne, pacient zůstává na pasivní matraci.

Dále se Uchazeč domnívá, že Zadavatel získá 15ks stejného aktivního antidekubitního systému, což umožňuje možnost přesunu a využití pro jiná lůžka a jednodušší servisní zásah v případě poruchy.

Může uchazeč zadavateli nabídnout aktivní antidekubitní systém výše popsany?

Uchazeč se domnívá, že použití popsaného systému je rovnocenným řešením, ne-li lepším!

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 8:

Zadavatel uvádí, že nebude akceptovat výše popsany hybridní aktivní antidekubitní systém. Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Uvedené požadavky jsou stanoveny s ohledem na potřeby zadavatele a vychází z jeho zkušeností pro charakter hospitalizovaných pacientů na jednotkách intenzivní péče a ARO.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 9:

Resuscitační lůžko - 5 ks pro ARO a 1 ks pro CHIR JIP

Parametr - Kompaktní (bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úroveň ložné plochy)

Může uchazeč zadavateli nabídnout kompaktní (bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním pod úroveň ložné plochy - mimo dosah pacienta?

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 9:

Zadavatel neakceptuje řešení s postranicemi s ovládáním pod úrovní ložné plochy, a to z důvodu neergonomického přístupu k ovládání z pohledu ošetrovatelského personálu.

Zadavatel trvá na požadavcích stanovených v zadávací dokumentaci, respektive v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 10:

Resuscitační lůžko - 5 ks pro ARO a 1 ks pro CHIR JIP

Parametr - V postranicích oboustranně integrovaný centrální sesterský dotykový LCD ovládací panel pro ovládání lůžka, vážicího systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možnost blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další..)

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s integrovanými ovladači v postranicích, kde ovladače z vnější strany slouží jako sesterské s rozšířenými funkcemi pro ovládání lůžka, z vnitřní strany jsou ovladače patientské s omezenými funkcemi pro ovládání lůžka + centrální sesterský panel, který je nadřazen oběma panelům s ovládáním všech funkcí lůžka + vážicího systému + laterální terapie?

Uchazeč se domnívá, že se jedná o technicky rovnocenné řešení, které nemá vliv na medicínský účel lůžka, tudíž nemá jak ovlivnit zdravotní stav pacienta na lůžku.

Zadavatel připuštěním tohoto rovnocenného řešení dosáhne rovné soutěže pro více uchazečů a získá tím výhodnější cenu nakupovaného zařízení.

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 10:

Tazatel neuvádí, zda se u nabízeného řešení centrálního sesterského panelu jedná o „integrovaný“ sesterský panel. Zadavatel nebude akceptovat bezdrátové nebo sesterské ovládací panely s LCD s kabelovou přípojkou.

Zadavatel uvádí, že z důvodu včasné reakce zdravotnického personálu trvá na uvedeném požadavku v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, tzn. „V postranicích oboustranně integrovaný centrální sesterský dotykový LCD ovládací panel pro ovládání lůžka, vážicího systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možnost blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další..)“.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 11:

Resuscitační lůžko - 5 ks pro ARO a 1 ks pro CHIR JIP

Parametr - Elektrický pohon lůžka s dojezdem min. 3 km, min. 2 rychlosti vpřed a jedna vzad, automatický brzdicí systém při ztrátě kontaktu obsluhujícího personálu s lůžkem

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s jednou rychlostí a ovládáním hnaného kola bezdrátově?

Zadavateli nabízíme intuitivní systém řízení rychlosti - rychlost vpřed se ovlivňuje tlakem a lůžko se tím přizpůsobujeme rychlosti chůze obsluhujícího personálu.

Velmi citlivé senzory umístěné v čele lůžka umožňují ovládat lůžko jednou rukou.

Na základě testování principu používání a zvýšení bezpečnosti jak obsluhujícího personálu, pacienta, tak třetích osob není možno si volit rychlosti a pro pohyb vzad je hnáný mechanismus deaktivován. Tímto má obsluhující personál lůžko vždy pod kontrolou.

Umístěním senzorů zabudováním do čela lůžka, zcela odpadá starost s umístěním dalšího z ovladačů náchylným k mechanickému poškození a jeho zavěšením.

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 11:

Zadavatel uvádí, že trvá na požadavcích uvedených v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Prioritou pro zadavatele je zajištění co největší bezpečnosti pacienta i obsluhujícího personálu při převozu. U zadavatelem požadovaného řešení není nutné vyvíjet tlak na lůžko, lůžko je pouze řízeno, zůstává tak možnost včasné reakce personálu a eliminace rizika vzniku možného úrazu.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 12:

Parametr - Základní technické požadavky - matrace k lůžku (v počtu 5 ks)

Zadavateli nabízíme inovativní hybridní aktivní antidekubitní matraci s inteligentním systémem automatického nastavení tlaku bez nutnosti nastavení personálem.

Může uchazeč zadavateli nabídnout aktivní antidekubitní matraci s hybridním systémem (arsos® light + dexos® light XXL wds) v podobě pasivní a aktivní matrace v jednom?

Katalogový list přikládáme přílohou k dotazům.

Níže uvádíme výhody této hybridní aktivní antidekubitní matrace:

- Systém kombinuje pasivní (II. st.) a aktivní (IV. st.) matraci v jednom, což umožňuje počáteční provoz při akutním příjmu bez nafouknutí.

Matrace se umí díky integrované pění a tím pádem podpoře ležícího pacienta, nafouknout s ležícím pacientem. To samé platí po akutní CPR,

kdy se musí rychle vypustit veškerý vzduch z matrace. V případě požadované pouze vzduchové matrace při akutním příjmu nebo po vyfouknutí matraci při CPR, musíte pacienta uložit prozatím třeba na lehátko a teprve po plném nafouknutí matrace na požadovaný tlak, mohu pacienta položit na matraci.

- Tvar komory je plošší ve srovnání s pouze vzduchovými systémy, takže hmotnost pacienta je rozložena na větší plochu a tím se sníží tlak na kůži.

Díky této konstrukci je nutný tlak vzduchu v hybridní matraci, aby udržel pacienta ve vzduchu, čtvrtinový (cca 30 mBar) oproti pouze vzduchovým matracím (cca 120 mBar).

Tímto extrémně nízkým tlakem se nejen snižuje tlak na pokožku ležícího pacienta a tím se významně zvyšuje ochrana proti dekubitům, ale také se výrazně

zvýšuje životnost kompresoru, protože vyrábí čtvrtinový tlak. Významným faktorem je zvýšení životnosti kompresoru a snížení provozních servisních nákladů.

- Celková výška je díky této inovativní konstrukci pouhých 12 cm a tím je plně zachována funkce postranic, čímž se hlavně eliminuje možný pád pacienta při laterálním polohování = zvýšená ochrana a bezpečnost pro pacienta.

- Důležitou funkcí je neomezená doba přepravy a provoz bez zdroje energie. Pokud se matrace vyfoukne, pacient zůstává na pasivní matraci.

Dále se Uchazeč domnívá, že Zadavatel získá 20ks (společně s předchozími aktivními antidekubitními systémy) stejného aktivního antidekubitního systému, což umožňuje možnost přesunu a využití pro jiná lůžka a jednodušší servisní zásah v případě poruchy.

Může uchazeč zadavateli nabídnout aktivní antidekubitní systém výše popsany?
Uchazeč se domnívá, že použití popsaného systému je rovnocenným řešením, ne-li lepším!

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 12:

Zadavatel uvádí, že nebude akceptovat výše popsany hybridní aktivní antidekubitní systém. Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Uvedené požadavky jsou stanoveny s ohledem na potřeby zadavatele a vychází z jeho zkušeností pro charakter hospitalizovaných pacientů na jednotkách intenzivní péče a ARO.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 13:

Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 1 ks)

Parametr - Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání,
rozměry vhodné pro táč s jídlem min. 580x330 mm, nosnost min. 8 kg

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s jídelní deskou o rozměrech 56x35cm?

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 13:

Ano, zadavatel uvádí, že bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: „*Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro táč s jídlem min. 560x330 mm, nosnost min. 8 kg.*“

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 14:

Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 1 ks)

Parametr - Kolečka o průměru min. 75 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s kolečky o pr. 65mm?

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 14:

Ano, zadavatel uvádí, že bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: „*Kolečka o průměru min. 65 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná.*“

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 15:

Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 1 ks)

Parametr - Zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek se zásuvkou na kvalitních výsuvech pomocí systému plastových lišt?

Výhodou tohoto systému je, že se nemůže porouchat (např. vysypat ložiska z pojezdu) a zákazník ušetří nemalé peníze za servis.

Kvalita výsuvu je naprosto srovnatelná a k vypadnutí zásuvky slouží pojistka, která je součástí systému výsuvu.

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 15:

Ano, zadavatel uvádí, že bude akceptovat technické řešení s tímto parametrem: „Zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách nebo na kvalitních výsuvch pomocí systému plastových lišt“.

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 16:

Základní technické požadavky - stolek k lůžku (v počtu 1 ks)

Parametr - Držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek, kde k manipulaci se stolem slouží zvýšené okraje odkládací desky?

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotaz) č. 16:

Zadavatel uvádí, že z hygienických důvodů trvá na manipulačních madlech, tzn. na požadavku uvedeném v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Vyjádření dodavatele:

Dodavatel nabízí rovnocenné řešení. Dodavatel nabízí řešení, které nesplňuje závaznou charakteristiku a požadavek, jak ji konkrétně zadavatel vymezil (Příloha č. 1 - Technická specifikace.xlsx), avšak dodavatelem nabízené technické řešení splňuje danou závaznou charakteristiku a požadavek prostřednictvím rovnocenného řešení, které je přiměřené co do předmětu veřejné zakázky a je prostřednictvím tohoto jiného řešení naplněn předmět veřejné zakázky. Uvedené řešení rovněž co do bezpečnosti a účinnosti shodně naplňuje předmět veřejné zakázky. Trvání na zadavatelem výslovně uvedeném řešení je nepřiměřené vzhledem k předmětu veřejné zakázky. Uvedené parametry jsou stanoveny zadavatelem diskriminačně a jde o nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky. Uvedené parametry omezují hospodářskou soutěž, neboť omezují nepřiměřeně a diskriminačně účast dodavatelů. Zadavatelem uvedené parametry byly stanoveny v rozporu zejména s § 6 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a též v rozporu s § 89 odst. 5 a 6 téhož zákona.

Vyjádření zadavatele:

K výše uvedenému zadavatel uvádí, že parametry uvedené v zadávací dokumentaci stanovil jak s ohledem na své potřeby, tak s ohledem na možnosti trhu. Zadavatel při nastavení požadavků na předmět plnění veřejné zakázky vycházel z veřejně dostupných zdrojů dodavatelů předmětného plnění a nastavil technické podmínky nediskriminačně tak, aby umožnil transparentní veřejnou soutěž.

Z důvodu, že na základě výše uvedeného dochází v Příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace ke změně (žlutě vyznačeno), zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Upravená verze Přílohy č. 1 ve smyslu výše uvedeného bude zveřejněna na profilu zadavatele. Aktualizace lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna také ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Dále bude provedena rovněž aktualizace lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva