

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 1

ze dne 14. 2. 2023

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Imunohistochemický automat“

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zastoupení: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice 370 01
IČ: 260 68 877

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Imunohistochemický automat“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2023-005714, který byl dne 2. 2. 2023 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

V rámci veřejné zakázky s názvem: „Imunohistochemický automat“, žadatel zdvořile žádá o bližší specifikaci níže uvedených bodů, které jsou nutné pro přípravu finální kalkulace nabídkové ceny požadovaného plnění veřejné zakázky.

Seznam primárních protilátek, které zadavatel aktuálně používá a které plánuje zavést na systému, který je předmětem výběrového řízení.

Dotaz č. 2:

Aktuální počet primárních protilátek, které zadavatel průměrně vyšetřuje v jednom pracovním dni.

Dotaz č. 3:

Aktuální průměrný počet IHC vyšetření (skel) za den a za rok.

Dotaz č. 4:

Plánovaný nárůst počtu IHC vyšetření na automatizovaných systémech.

Žadatel tímto žádá o specifikaci a případné doplnění zadávací dokumentace dle výše uvedených bodů.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Aktuální seznam protilátek: je veřejně dostupná informace, viz následující odkaz:

https://www.nemcb.cz/files/departments_files/Seznam%20aktu%C3%A1ln%C4%9B%20pou%C5%BE%C3%ADvan%C3%BDch%20protil%C3%A1tek%206.1.2023.pdf

Plánované protilátky:

- Certifikovaný kit PD-L1 klon 22C3
- ALK
- ROS1
- INSM1
- Rb1
- SOX-10
- h-Caldesmon
- GCDFP-15
- Inhibin
- SF-1
- FOXL2
- OCT3/4
- SALL4
- HNF1beta
- AMACR
- CAIX
- CyklinD1
- CD138
- BCL2
- EMA
- Thyreoglobulin
- Calcitonin
- MUC5AC
- MUC2
- BCL6
- TFE3

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Průměrný počet vyšetřovaných protilátek denně: 35, zadavatel plánuje zvýšit počet na 50 protilátek denně

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Průměrný počet IHC vyšetření činí ročně 9000. Průměrný počet IHC testů (skel) denně je 36. Zadavatel nemá ovšem vzhledem k plánovaným zákrokům nemocnice každý den stejný počet vzorků ke zpracování a v průběhu týdne dochází k výkyvům v počtu IHC vyšetření od 20 do 100 IHC (skel) vyšetření za den. Vzhledem k současnému vyšetřování prediktivních markerů v návaznosti na KOC zadavatel plánuje denní navýšení až na 120-135 IHC testů.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Plánovaný nárůst počtu IHC je cca 30-35 %.

Příloha:

03 NCB_PAO_F_071_W_ Seznam aktuálně používaných protilátek 4 1 2023 (2)

V Českých Budějovicích

Dne 14. 2. 2023

Zdeňka Nigrinová

Oddělení veřejných zakázek