

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky Instrumentarium pro abdominální a vaginální operativu.

Zadavatel žádá, aby součástí jednoho kontejneru byl abdominální retraktor, viz níže:

Kontejner velký sterilizační 580x280x 205

Síto sterilizační do kontejneru 580x280x100

Součástí jednoho kontejneru musí být abdominální retraktor

Vzhledem k tomu, že existuje široká škála různých typů abdominálních retraktorů ve velmi rozdílných cenových relacích, žádáme o upřesnění technické specifikace a maximální předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Zadavatel dospecifikoval technické parametry abdominálního retraktoru a uveřejnil tuto novou technickou specifikaci na EZAK.

Vzhledem k typu poptávaného retraktoru byla rovněž navýšena hodnota VZ na částku 1 480 435 Kč s DPH.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku - do 27.4.2018 13,00 hod.

Zadávací dokumentaci změněnou o výše uvedené údaje uveřejnil zadavatel dne 22.3. na EZAK.

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
Ředitel úseku zdravotní péče
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice a.s.