

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k VZ Instrumentarium pro abdominální a vaginální operativu, ev. č. zakázky Z2018-007023

Dotaz: Je možné nabídnout filtrační sterilizační kontejner s PTFE filtrem na 5000 cyklů místo požadovaného ventilového?

Příloha č. 1 ZD : Technická specifikace

1. INSTRUMENTARIUM PRO ABDOMINÁLNÍ OPERATIVU VČ. KONTEJNERŮ

Zadavatel požaduje v nové specifikaci „**Součástí jednoho síta musí být abdominální retractor se samostatným kontejnerem viz. tabulka níže**“.

Ventilový kontejner s bezpečnostním víkem 580 x 280 x 260 mm a u instrumentária pro abdominální operativu není specifikováno blíže zda má být filtrační nebo ventilový.

Odpověď :

Zadavatel připouští dodání i filtračního kontejneru na nástroje s PTFE filtrem na 5000 cyklů .

Dotaz: Umožní zadavatel nabídnout filtrační sterilizační kontejner s PTFE filtrem na 5000 cyklů místo požadovaného ventilového?

2. INSTRUMENTARIUM PRO VAGINÁLNÍ OPERATIVU VČ. KONTEJNERŮ

Zadavatel požaduje ve specifikaci „**Kontejner ventilový sterilizační 580x280x140 1x**“.

Odpověď :

Zadavatel připouští dodání i filtračního kontejneru na nástroje s PTFE filtrem na 5000 cyklů .

Za zadavatele:

Kubec Vladimír – kontaktní osoba