

Monitor nebo modul pro transkutánní měření krevních plynů 2 ks

Technická specifikace

- Pouze s CO2 senzorem
- Zobrazení trendů ve formě křivek
- Možnost identifikace pacienta pomocí dotykových tlačítek
- Zobrazení křivek trendu
- Zobrazení kalibrace a kalibračního statusu
- Možnost přenosu dat do klinického informačního systému (elektronická archivace dat v dokumentaci pacienta)
- Port USB
- Vestavěná baterie s indikátorem její kapacity

- Přístroj musí poskytovat otevřené a dokumentované API rozhraní pro komunikaci s nemocničním informačním systémem, umožňující zejména výstup čitelných dat z přístroje do nemocničního informačního systému. Dodavatel musí do nabídky zahrnout veškeré náklady pro zajištění exportu čitelných dat z přístroje. Zejména licence, pokud je API licencované a další HW a SW komponenty, které jsou nutné pro komunikaci s nemocničním informačním systémem, pokud přístroj neumožňuje připojení do LAN sítě, nebo vyžaduje certifikované prostředky pro připojení k přístroji. Dodavatel zároveň popíše vlastnosti API a možnosti komunikace s NIS.

- Garance dodávek spotřebního materiálu dodavatelem techniky po dobu životnosti přístroje (10 roků)
- Servisní zajištění dodavatelem technologie po dobu životnosti (10 roků)
- Zajištění dodávky včetně kalibračních jednotek po celou dobu životnosti (10 roků)
- Zajištění dodávky kalibračních plynů po celou dobu životnosti (10 roků)