



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Veřejná zakázka: „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – ENDOSKOPICKÁ, LAPAROSKOPICKÁ A OPERAČNÍ TECHNIKA**

### **pouze pro část 1. Endoskopická věž pro ERCP**

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**  
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003  
IČO: 26095203  
DIČ: CZ26095203  
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva  
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva  
Profil zadavatele: [https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_208.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html)

#### 1.1. Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.  
Se sídlem: Pod Děvínem 43, Praha 5 150 00  
Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel  
Tel: +420 734122886  
Email: sida@aksu.cz

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „**Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – ENDOSKOPICKÁ, LAPAROSKOPICKÁ A OPERAČNÍ TECHNIKA (dále jen „Veřejná zakázka“)**“ dle § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 13. 3. 2023 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k části č. 1 Veřejné zakázky – Endoskopická věž pro ERCP, na jejímž základě poskytuje toto vysvětlení č. 1

#### Žádost o vysvětlení č. 1

##### **DOTAZ č.1:**

*Zadavatel v části 1 – Endoskopická věž pro ERCP požaduje u videoprocessoru: „Připojení pro video výstupní signály min.: 1x HD-SDI, 1x DVI-D, 1xDVI-I, 1x S-video“. Zadavatel tak požaduje přístroj, který kromě jiných výstupů bude mít také minimálně 2 DVI výstupy.*

*Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy u videoprocessoru s jedním DVI-I výstupem bude externí rozbočovač? Tento rozbočovač bez ztráty kvality signálu, bez omezení rychlosti šíření signálu a bez jakýchkoliv nároků na prostor zajistí, aby videoprocessor měl požadované dva DVI výstupy. Toto řešení nemá žádný vliv na kvalitu provedení jakéhokoliv úkonu, ke kterému je videoprocessor určen.*

##### **ODPOVĚď č. 1**

Výzva č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“, projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Nikoliv, zadavatel trvá na svém požadavku „Připojení pro video výstupní signály min.: 1x HD-SDI, 1x DVI-D, 1xDVI-I, 1x S-video.“

#### **DOTAZ č. 2:**

*Zadavatel v části 1 – Endoskopická věž pro ERCP požaduje u videoprocessoru: „Identifikace používaného endoskopu – zobrazení na monitoru po aktivování min.: typ endoskopu, výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje.*

*Bude zadavatel akceptovat videoprocessor, u něhož sám výrobce předdefinoval „volitelné údaje“, které se zobrazují na monitoru na: šíře pracovního kanálu, počet snímků, velikost digitálního zoomu a velikost optického zoomu. Další případné volitelné údaje včetně údaje o počtu užití přístroje zobrazuje v dostatečné velikosti na svém LCD displeji. Toto řešení zobrazení identifikace používaného endoskopu nemá žádný vliv na kvalitu provedení jakéhokoliv úkonu, ke kterému je videoprocessor určen a veškeré informace o endoskopu jsou uživateli vždy viditelná.*

#### **ODPOVĚď č. 2**

Zadavatel sděluje, že účastníkem popisované plnění odpovídá požadavku zadavatele a zadavatel bude akceptovat videoprocessor, u něhož sám výrobce předdefinoval „volitelné údaje“, které se zobrazují na monitoru na: šíře pracovního kanálu, počet snímků, velikost digitálního zoomu a velikost optického zoomu. Další případné volitelné údaje ohledně používaného endoskopu, tj. min. typ endoskopu, výrobní číslo, volitelný údaj, přístup nástroje včetně údaje o počtu užití přístroje, může být zobrazeno na LCD displeji procesoru.

**S ohledem na obsah podaného vysvětlení je zadavatel je povinen prodloužit lhůtu k podání nabídek, a to o 7 dní. Zadavatel tedy stanovuje nový termín pro podání nabídek, a to dne 3. 4. 2023 do 10:00 hod.**

**Zadavatel zdůrazňuje, že prodloužení termínu pro podání nabídek se týká pouze části 1. veřejné zakázky, kdy pro ostatní části platí původní termín pro podání nabídek.**

V Praze dne 16.3.2023

---

Mgr. Lubor Šída, jednatel  
Správa veřejných zakázek s.r.o.