



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 5. 4. 2023

**k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Centrální monitorovací systém“

ZADAVATEL: **NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.**
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné VZ.

Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace Část 2

Oddíl: Centrální monitorovací systém včetně centrální stanice - 1 ks

Chápeme správně, že požadavkem zadavatele je připojení všech nabízených monitorů vitálních funkcí – tedy 8 monitorů vitálních funkcí, a možnost připojení až dvou displejů k CS pro zobrazení patientských dat na CS?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že požaduje připojení 8 kusů modulárních monitorů (monitorů vitálních funkcí) k centrální stanici (dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 pro Část 2 veřejné zakázky) a požaduje možnost připojení až dvou displejů (LCD monitorů) k centrální stanici pro zobrazení patientských dat na centrální stanici.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva