

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k VZ ev. č. Z2018 – 004820 „Ultrazvukový přístroj střední třídy vč. barevné dopplerometrie a sond 2 ks, Mobilní sonograf-duplexní doppler 1 ks

Dotaz:

Zda bude Zadavatel akceptovat přístroj “ **Mobilní sonograf - duplexní doppler**“ s mikrokonvexní sondou s frekvenčním rozsahem 4-9 MHz namísto sondy s původně požadovaným frekvenčním rozsahem 4-13 MHz.

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabídku mikrokonvexní sondy s frekvencí 4-9 MHz.

V této souvislosti upozorňujeme na odpověď na dotazy jiného dodavatele zveřejněné na profilu veřejného zadavatele EZAK, kde Zadavatel akceptoval mikrokonvexní sondu s frekvenčním rozsahem 5-8 MHz.

Zadavatel uveřejní na EZAK i prodloužení lhůty pro podání nabídek po zodpovězení všech příchozích dotazů.

Za Zadavatele

MUDr. Jaroslav Novák, MBA