

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k VZ „Kardiotokograf (CTG) pro dvojčata s vysokou citlivostí sond - 8 ks, Monitorovací kardiotokografický systém lůžkový vč. centrálního monitoru (12 ks monitorů, 1 centrála), CTG telemetrie - 2 ks“, ev. č. Z2018-0009200.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Kardiotokograf (CTG) pro dvojčata s vysokou citlivostí sond - 8 ks, Monitorovací kardiotokografický systém lůžkový vč. centrálního monitoru (12 ks monitorů, 1 centrála), CTG telemetrie - 2 ks“ je uveden požadavek na dodávku Monitorovacího kardiotokografického systému lůžkového (**12ks monitorů** +1 ks centrála). Z přílohy č.1 Zadávací dokumentace: „Technická specifikace“ však ze samotného popisu vyplývá, že se jedná o požadavek na dodávku centrálního monitorovacího systému s **možností připojení** 12 ks fetálních monitorů k dodávanému monitorovacímu systému.

Prosíme o upřesnění výše popsané nejasnosti.

Odpověď:

Děkujeme za Váš dotaz, kontrolou ZD a souvisejících dokumentů jsme ověřili Vámi popisovanou administrativní chybu v Zadávací dokumentaci

Sdělujem tímto , že Zadavatel poptává „Monitorovací kardiotokografický lůžkový systém s centrálním monitorem pro připojení 12 ks kardiotokografů“.

Tato odpověď bude uveřejněna na profilu veřejného zadavatele EZAK a vzhledem ke změně Zadávací dokumentace bude postupováno dle § 99 ZZVZ a lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje o celou původní délku.

Nový termín pro podání nabídek je 2. 5. 2018 8,00 hod. Uveřejněno bude v TED a VVZ.

Za Zadavatele

S pozdravem

MUDr. JAROSLAV NOVÁK, MBA