

Vysvětlení zadávací dokumentace č .1 k VZ Z 2018 – 003875 (CT multislice) ze dne 6.4.2018

Po prostudování zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce „CT multislice“ zveřejněné v informačním systému pod evidenčním číslem: **Z2018-003875**, bychom Vás chtěli požádat o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace v části TS CT Multislice požaduje: „*Požadovaná šířka detektoru v isocentru v ose „Z“ musí být minimálně 160 mm nebo duální systém s dvěma RTG zářiči a dvěma detektory.*“

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje jehož detektor má šířku v isocentru v ose „Z“ 80 mm?

Vysvětlení:

Nabízený systém poskytuje šířku detektoru 80 mm. Kvalita vyšetření a klinická hodnota přístroje není určena a závislá na šířce detektoru. Popsané duální řešení také nenabízí 160 mm detektor. Nabízený stroj patří v rámci naší společnosti do nejvyšší kategorie CT přístrojů a plnohodnotně splňuje klinické a uživatelské záměry zadavatele. V rámci předběžné tržní konzultace v průběhu 12/2017 jsme tento parametr u nabízeného typu stroje neokomentovali, neboť nebyl zadavatelem uveden a netrval na něm. Žádáme zadavatele o akceptaci 80 mm šířky detektoru.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace v části TS CT Multislice požaduje: „*CT mozková perfúze vč. zobrazení sumárních map; objemová perfúze (objem min. 15 cm) pro mozek (optimálně s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně) SW pro kvantitativní měření perfúzních parametrů dekonvoluční metodou umožňující vytvoření sumárních map a to včetně zobrazení celého objemu mozku na výpočtu hodnot CBV, CBF, MTT a TTP* “

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje splňující popis zadavatele (s výjimkou objemu min. 15 cm), který poskytuje objemovou perfúzi 8 cm?

Vysvětlení:

Nabízený přístroj splňuje požadovanou specifikaci v plném rozsahu až na objemovou perfúzi rozsah 15 cm. U nabízeného přístroje je rozsah pokrytí 80 mm stejně jako pokrytí detektoru, což je v rámci klinického využití plnohodnotně dostačující. Na tento fakt jsme upozorňovali zadavatele již v rámci průzkumu trhu. Žádáme zadavatele o akceptování tohoto parametru.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace v části TS CT Multislice požaduje: „*Dynamická akvizice pro perfúzní vyšetření (rozsah min. 15 cm)* “

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje poskytující dynamickou akvizici pro perfúzní vyšetření s rozsahem 80 mm?

Vysvětlení:

Nabízený přístroj splňuje požadovanou specifikaci v plném rozsahu až na rozsah 15 cm. U nabízeného přístroje je rozsah pokrytí 80 mm stejně jako pokrytí detektoru, což je v rámci klinického využití plnohodnotně dostačující. Na tento fakt jsme upozorňovali zadavatele již v rámci průzkumu trhu. Žádáme zadavatele o akceptování tohoto parametru.

Odpověď na dotazy

Odpověď na dotazy č. 1,2,3 k VZ CT multislice ze dne dne 6.4.

Zadavatel trvá na požadovaných technických parametrech uvedených v příloze č.1 Zadávací dokumentace „CT multislice – technická specifikace“, včetně požadovaných 16 cm šířky detektoru v ose „Z“ pro jednozdrojové CT systémy i provádění perfuzních a dynamických studií v rozsahu minimálně 15 cm.

Vzhledem ke klinickým potřebám špičkového pracoviště v oborech kardiologie, neurologie a onkologie jsou tyto parametry z hlediska zadavatele nepodkročitelné.

Z veřejně dostupných zdrojů (internetových stránek) je zcela zřejmé, že tazatel si je těchto výše popsaných klinických potřeb na trhu vědom a tudíž má v současnosti ve své nabídce přístroj, který Zadavatelem požadované parametry detektoru i rozsah perfuzních i dynamických vyšetření umožňuje.

Za Zadavatele

10. 4. 2018

MUDr. Jaroslav Novák, MBA v.r.

prim. MUDr. Petr Lhoták v.r.