



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 9. 5. 2023

**k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Vybavení centrální sterilizace“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den,
rádi bychom touto cestou požádali o upřesnění zadávací dokumentace k předmětnému zadávacímu řízení.

Zadavatel požaduje v technické specifikaci parametr: „6x zavážecí vozík s nastavitelnými policemi“. Na základě prohlídky místa plnění bylo zjištěno, že Oddělení CS v současné době využívá transportní vozíky se systémem nakládání vykládání vsázky bez zavážecího vozíku s policemi ve sterilizační komoře.

Dotaz: Zváží zadavatel změnu zavážecího systému do sterilizační komory?

V případě, že zadavatel o změně neuvažuje, prosíme o upřesnění/objasnění technického parametru „6x zavážecí vozík s nastavitelnými policemi“. Je tímto parametrem myšleno 6ks transportních vozíků se 6ks zavážecích policových vozíků do sterilizační komory?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že předmětem tohoto parametru („6x zavážecí vozík s nastavitelnými policemi“) jsou vozíky pro manipulaci se sterilizačními kontejnery nebo jiným zařízením určeným pro sterilizaci, ale v prostoru mimo sterilizátor. Vozík není součástí vsázky a tedy nebude sterilizován společně se sterilizovaným materiálem. Samotný proces sterilizace bude probíhat bez jakéhokoli dalšího zařízení, vyjma sterilizačních kontejnerů nebo sít k tomu přímo určených. Zadavatel pro manipulaci se sterilizovaným materiálem předpokládá využití tří kusů vozíků před procesem sterilizace a tří kusů po procesu sterilizace. Stavitelná police je pro zadavatele výškově stavitelná funkční plocha nebo součást zařízení, která je určena pro přesun sady předmětů určených ke sterilizaci do sterilizátoru a přitom minimalizuje čas a úsilí personálu použitím kluzných ploch, valivých drah nebo jiného řešení s obdobnou funkcí.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva