



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 9. 5. 2023

**k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Vybavení centrální sterilizace“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den,

Ve vysvětlení ZD č.1 je uvedeno, že zavážecí vozík je určen k manipulaci mimo sterilizátor a není součástí vsázky a tedy nebude sterilizován společně se sterilizovaným materiálem.

Protože toto řešení je unikátní a nabízí jej pouze jeden dodavatel/výrobce a protože toto řešení žádným způsobem nemění princip manipulace se sterilizovaným materiálem (prvky určené k uložení sterilizovaného materiálu je potřeba taktéž vracet na zavážecí/setovací stranu sterilizátoru přes sterilizační komoru), náš dotaz zní:

Umožní zadavatel nabídnout standardní řešení transportního systému s transportními vozíky (určeny pro manipulaci s materiálem před a za sterilizátorem) a zavážecími vozíky (na kterých je připraven materiál určený ke sterilizaci), které jsou vč. sterilizovaného materiálu zasunuty do komory na zavážecí straně a po sterilizaci opět vysunuty na transportní vozík na vyvážecí/sterilní straně?

Celkový počet vozíků by potom byl: 6 ks transportních a 3 ks zavážecí.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že s ohledem na výše uvedené bude provedena úprava Přílohy č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.

Z důvodu, že na základě výše uvedeného dochází v Příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace veřejné zakázky ke změně, zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Upravená verze Přílohy č. 1 s aktualizací lhůty pro podání nabídek bude zveřejněna na profilu zadavatele. Aktualizace lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna také ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva