

Dotaz č. 2 k ZD VZ Z 2018 – 001083 (VR 0041 %1179)

V technických požadavcích na operační módy je uveden mód „Ultrapulzní režim“. Vzhledem k tomu, že v dalších požadavcích není uveden parametr výkonu tohoto režimu a zároveň se jedná o jiný firemní název jednoho konkrétního výrobce, je název ultrapulzní režim (Ultrapulse mode) pouze jiný firemní název režimu superpulzního.

Bude zadavatel akceptovat naše technické řešení, které nabízí operační módy kontinuální režim, pulzní režim a superpulzní režim se zadavatelem požadovanými parametry?

Odpověď Zadavatele:

Po podrobném prostudování a konzultací se specialisty se domníváme, že technické odchylky obou laserových režimů - ultrapulzního a superpulzního - jsou malé, týkají se jen časování laserového impulzu. Klinický význam obou technik je prakticky stejný.

Pro Zadavatele jsou akceptovatelné obě varianty superpulzní i ultrapulzní.

Tato odpověď bude zveřejněna na profilu veřejného zadavatele Nem. České Budějovice a.s.

Zadavatel je vzhledem k odpovědi na tento dotaz nucen prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

Nový termín pro podání nabídek je 31.5.2018 do 7,45 hod.

Za Zadavatele

MUDr. Jaroslav Novák, MBA v.r.

