



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – MONITOROVACÍ TECHNIKA A VYBAVENÍ ODDĚLENÍ ARO A JIP

pouze pro část 5. Defibrilátory

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

1.1. Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvínem 43, Praha 5 150 00
Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel
Tel: +420 734122886
Email: sida@aksu.cz

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „**Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – MONITOROVACÍ TECHNIKA A VYBAVENÍ ODDĚLENÍ ARO A JIP** (dále jen „Veřejná zakázka“) dle § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 9. 5. 2023 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k části č. 5 Veřejné zakázky – Defibrilátory, na jejímž základě poskytuje toto vysvětlení č. 2.

Žádost o vysvětlení č. 1

DOTAZ č.1:

V technických parametrech výběrového řízení je požadováno "V manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií v rozmezí min. 2-360 J".

Nabízíme úplně nový defibrilátor, který má "přesnost podané energie 1-200 J". Defibrilátor díky patentované technologii pulsního bifázického defibrilačního impulsu a automatickému přizpůsobování impedance, garantuje stejný efekt defibrilace při nižší hodnotě výboje, což snižuje riziko poškození myokardu.

Bude zadavatel akceptovat tento defibrilátor?

ODPOVĚĎ č. 1

Nikoliv. Zadavatel sděluje, že setrvává na požadavku bifázického výboje s nastavitelnou energií v rozmezí **minimálně** 2-360 J, neboť nižší hodnota výboje není pro potřeby zadavatele dostatečná. Zadavatel tak **nebude** akceptovat defibrilátor, který má přesnost podané energie pouze 1-200 J.

Shora uvedené vysvětlení nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Praze dne (dle elektronického podpisu)

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.