



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – MONITOROVACÍ TECHNIKA A VYBAVENÍ ODDĚLENÍ ARO A JIP

pouze pro část 1. Anesteziologické přístroje

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

1.1. Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvínem 43, Praha 5 150 00
Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel
Tel: +420 734122886
Email: sida@aksu.cz

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „**Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – MONITOROVACÍ TECHNIKA A VYBAVENÍ ODDĚLENÍ ARO A JIP** (dále jen „Veřejná zakázka“) dle § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 12. 5. 2023 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k části č. 1 Veřejné zakázky – Anesteziologické přístroje, na jejímž základě poskytuje toto vysvětlení č. 6. Ačkoliv byla tato žádost dodavatele doručena po lhůtě dle ust. § 92 odst. 3 zákona, zadavatel za účelem zajištění transparentnosti poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 6. Vzhledem ke skutečnosti, že byla žádost o vysvětlení doručena po uplynutí zákonné lhůty, není zadavatel povinen dodržet lhůtu dle ust. § 98 odst. 1 písm. a) zákona.

Žádost o vysvětlení č. 6

Dotaz:

Vzhledem k faktu, že jsou již všude centrální rozvody ať už kyslíku nebo vzduchu, bude zadavatel akceptovat nabídku obsahující jiné řešení než jen a pouze elektrický pohon?

Dle znalostí uchazeče, není z medicínského hlediska důvod pouze pro elektrický pohon, ale je možno nabídkou i jiné řešení, které bude plně medicínsky srovnatelné a v ničem zadavatele neomezí.

Výše uvedenou akceptací by zadavatel rozšířil potencionální okruh uchazečů a zvýšil by tím tak hospodářskou soutěž.

Odpověď:

Nikoliv. Zadavatel sděluje, že setrvává na požadavku „Elektronicky řízený ventilátor s elektrickým pohonem nezávislým na rozvodu plynů“ a jiné řešení nebude akceptovat.

Shora uvedené vysvětlení nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Praze dne (dle elektronického podpisu)

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.