

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – č. 2**ze dne 18. 5. 2023**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Inkontinenční pomůcky pro dospělé pacienty 2023“

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupení: Mgr. Petr Studenovský, předseda představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Inkontinenční pomůcky pro dospělé pacienty 2023“ a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 27. 4. 2023 pod evidenčním číslem zakázky Z2023-017835.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Centrální zadavatel Jihočeské nemocnice, a.s. stanovil v bodu 10.4. zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k předmětné části 1 VZ mimo jiné požadavek na předložení certifikátu testu savosti dle ISO 11948-1 a certifikátu testu savosti ABL z nezávislé laboratoře na inkontinenční pomůcky fixované na tělo. Dovolujeme si zaslat námitku proti požadavku předložení certifikátu testu savosti ABL z nezávislé laboratoře, neboť je neobvyklý a eliminuje možný počet uchazečů výběrového řízení na dodávky inkontinenčních pomůcek podobného rozsahu. Zadavatelé zakázek včetně největších fakultních nemocnic stanovují k prokázání kvality produktu a jeho savosti vždy jen požadavek na předložení certifikátu testu savosti dle ISO 11948-1 z nezávislé laboratoře, nikoliv certifikátu testu savosti ABL z nezávislé laboratoře. Ze sedmi dodavatelů inkontinenčních pomůcek na trhu aktivně podporuje savost ABL pouze jeden dodavatel. Žádáme tímto zadavatele o odstranění požadavku na předložení certifikátu testu savosti ABL z nezávislé laboratoře.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel návrh akceptuje. Účastník v nabídce doloží pouze certifikát testu savosti dle ISO 11948-1. Upravené dokumenty budou přílohou tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel uznávat certifikáty uvádějící hodnoty v gramech? ZD respektive Příloha č. 2 ZD Specifikace a soupis dodávek – ceník stanovuje parametry savosti v mililitrech.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel bude akceptovat certifikáty savosti uvádějící hodnoty v gramech, pokud celková hodnota bude ekvivalent požadované hodnoty v mililitrech.

Dotaz č. 3:

Dovolujeme si požádat, aby část 1 předmětné VZ byla rozdělena na části s produkty, u nichž je požadováno prokázání savosti prostřednictvím certifikátů z nezávislé laboratoře a dle typu produktu a na další část obsahující ostatní inkontinenční pomůcky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Zadavatel neshledal důvod k rozdělení části č. 1. Část 1 nebude rozdělena.

Dotaz č. 4:

Dále si dovolujeme požádat zadavatele o upřesnění bodu 12 smlouvy, který stanovuje limit pojistného plnění v průběhu celé doby trvání uzavření smlouvy minimálně ve výši **5 000 000 Kč**, ale slovy je uveden limit ve výši **tři** miliony korun českých.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Zadavatelem vznikla administrativní chyba. Bude upraveno na „slovy pět milion korun českých“. Oprava proběhne před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

Dotaz č. 5:

Bod 6.3.3. ZD soupis vzorků k předložení a P2ZD Specifikace a soupis dodávek – ceník se neshodují v parametru obvod boků fixačních kalhotek: Požadované rozměry vzorků jsou 80 – 120 cm a 130 – 170 cm, technická specifikace uvádí rozměry 80 – 130 cm a 100 – 170 cm.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Zadavatelem vznikla administrativní chyba. Požadované parametry vzorků fixačních kalhotek a plenek jsou totožné s technickou specifikací. Upravený dokument bude přílohou tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 6:

Umožní zadavatel nabídnout fixační kalhotky velikosti 120 – 175 cm?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6:

Zadavatel mění velikost požadovaného rozměru pro fixační kalhotky z rozpětí 100 – 170 cm na rozpětí 100 – 175 cm. Upravené dokumenty budou přílohou tohoto Vysvětlení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Zadavatel ruší povinnost označení savosti na produktu v Příloze č. 6 Splnění technické specifikace v obou částech veřejné zakázky. Upravený dokument bude přílohou tohoto Vysvětlení.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Zadavatel ruší povinnost označení velikosti na produktu v Příloze č. 6 Splnění technické specifikace u části č. 2 Podložky pro pacienty. Upravený dokument bude přílohou tohoto Vysvětlení.

Vzhledem k uvedené změně ZD Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 29. 5. 2023 v 9:00 hodin na 19. 6. 2023 v 9:00 hodin.

V Českých Budějovicích dne 18. 5. 2023

Zdeňka Nigrinová
oddělení veřejných zakázek

Přílohy:

P2ZD Specifikace a soupis dodávek - ceník_úprava 18.5.2023

P6ZD Splnění technické specifikace_úprava 18.5.2023