



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
dle ustanovení čl. 13 zadávací dokumentace

**Veřejná zakázka: „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – LABORATORNÍ
TECHNIKA“**

pouze pro část 2. Laboratorní odstředivka - chlazená

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

1.1. Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvínem 43, Praha 5 150 00
Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel
Tel: +420 734122886
Email: sida@aksu.cz

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „**Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA (dále jen „Veřejná zakázka“)**“ dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 24. 5. 2023 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k části č. 2 Veřejné zakázky – Laboratorní odstředivka - chlazená, na jejímž základě poskytuje toto vysvětlení č. 1.

Žádost o vysvětlení č. 1

DOTAZ č.1:

Dobrý den,
Může vyhovět podmínkám zadavatele chlazená centrifuga s parametry úhlového rotoru rpm / RCF_{xg} = 15300 / 21 460 x g?

ODPOVĚĎ č. 1

Ano, zadavatel sděluje, že bude akceptovat také centrifugu s parametry úhlového rotoru rpm/RCF_{xg} =15300 / 21 460 x g. S ohledem na uvedené zadavatel přistupuje k úpravě technické specifikace, a to tak, že u nabízeného plnění nově požaduje RCF min 21 000 xg.

Přílohou tohoto vysvětlení je tak aktualizovaná příloha č. 1 Technická specifikace.

S ohledem na obsah podaného vysvětlení č. 1 zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou původní délku. Nový termín pro podání nabídek je zadavatelem stanoven na den 7. 6. 2023 do 10:00 hod.

Zadavatel zdůrazňuje, že prodloužení termínu pro podání nabídek se týká pouze části 1. veřejné zakázky, kdy pro ostatní části platí původní termín pro podání nabídek.

V Praze (dle elektronického podpisu)

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.