



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 dle ustanovení čl. 13 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – OPERAČNÍ LAMPA“

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

1.1. Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvínem 43, Praha 5 150 00
Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel
Tel: +420 734122886
Email: sida@aksu.cz

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „**Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – OPERAČNÍ LAMPA**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 26. 5. 2023 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k Veřejné zakázce Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – OPERAČNÍ LAMPA, na jejímž základě poskytuje toto vysvětlení č. 1.

Žádost o vysvětlení č. 1

DOTAZ č.1:

Zadavatel požaduje „Průměr světelného pole min. v rozsahu 180 mm - 300 mm.“

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat rozsah 200 – 250 mm s tím, že zaručujeme zachování stejné úrovně svítivosti v celém poli až po okraje?

ODPOVĚď č. 1

Nikoliv, zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku a nabízené zboží musí splňovat požadavek: „Průměr světelného pole min. v rozsahu 180 mm - 300 mm.“

DOTAZ č.2:

Zadavatel požaduje „Regulovaná teplota chromatičnosti min. v rozsahu od 3 500 do 5 000 K v celém rozsahu osvětlitelné plochy“.

Výzva č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“, projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat rozsah 3900 – 5100 K

ODPOVĚĎ č. 2

Nikoliv, zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku a nabízené zboží musí splňovat požadavek: „Regulovaná teplota chromatičnosti min. v rozsahu od 3 500 do 5 000 K v celém rozsahu osvětlitelné plochy.“

Shora uvedené vysvětlení nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Praze (dle elektronického podpisu)

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.