



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 30. 5. 2023

**k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Operační stůl“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V ZD je požadováno:

1x kompletní extenze dolní končetiny (1x prodlužující pánevní díl, 1x mezinožní válec, 2x podložky nohou s polstrem, 2x extenzní tyč s možností polohování pro levou i pravou nohu, 1x napínací mechanismus s mikropolohováním, 2x extenzní bota pro dospělé pacienty, 1x podpora neoperované nohy (americký schaut)

DOTAZ:

2 extenzní tyče se používají pouze v případě karbonové verze, kdy jsou dva napínací mechanismy a dvě extenzní boty. Je to z důvodů, že nelze udělat karbonovou tyč s kloubem pro obě nohy. Podpora neoperované nohy klasický schaut (Goeppel) nebo americký schaut (s plynovou pružinou) v tomto případě ztrácí význam, jelikož neoperovaná noha je v extenzní botě s napínacím mechanismem. Bude zadavatel z výše uvedených důvodů akceptovat nabídku kompletní extenze dolní končetiny, která bude obsahovat:

1 x prodloužený pánevní díl s mezinožním válcem, 2 x podložky nohou s polstrem, 1 x extenzní tyč s kloubem, která umožňuje operaci levé i pravé nohy, 1 x napínací mechanismus s mikropolohováním, 1 x extenzní bota pro dospělé pacienty, 1 x podpora neoperované nohy, klasický schaut (Goeppel) .viz.obr.?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že s ohledem na uvedený dotaz dochází k úpravě technické specifikace v Příloze č. 1 (Technická specifikace) u položky č. 18 v oddíle „Příslušenství“.

Z důvodu, že na základě výše uvedeného dochází v Příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace ke změně (žlutě vyznačeno), zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Upravená verze Přílohy č. 1 ve smyslu výše uvedeného bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Dále bude provedena rovněž aktualizace lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 15. 6. 2023 do 10 hodin.