



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 dle ustanovení čl. 13 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA“

pouze pro část 3. Mikroskopy s kamerou

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203
Zastoupený: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Janou Chocholovou, člen představenstva
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

1.1. Zástupce zadavatele:

Název: Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem: Pod Děvínem 43, Praha 5 150 00
Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída, jednatel
Tel: +420 734122886
Email: sida@aksu.cz

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem **„Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA (dále jen „Veřejná zakázka“)** dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel dne 24. 5. 2023 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k části č. 3 Veřejné zakázky – Mikroskopy s kamerou, na jejímž základě poskytuje toto vysvětlení č. 3.

Žádost o vysvětlení č. 3

Mikroskop pro mikrobiologii

DOTAZ č.1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje min. dvoukrokové nezávislé koaxiální zaostřování na obou stranách stativu. Standardní univerzální řešení je zaostřování závislé, díky kterému uživatel může přesně změřit tloušťku vzorku v mikronech. Jedná se tedy o standardní konstrukci zaostřování, kterou nabízí většina výrobců. Je tedy možné nabídnout toto standardní řešení, které vyhovuje napříč všem klinickým aplikacím?

ODPOVĚĎ č. 1

Nikoliv, zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku a nabízené zboží musí splňovat požadavek: „Min. dvoukrokové nezávislé koaxiální zaostřování na obou stranách stativu.“

DOTAZ č.2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje upravitelnou tuhost ostření. Upravitelná tuhost ostření se dříve používala kvůli fixaci stolku, aby nedocházelo k nedovolenému uvolňování a následnému rozfokusovávání. Nabízíme moderní konstrukci, díky které nedochází k jakémukoliv nechtěnému posuvu stolku, tedy i vzorku, ani následnému rozostřování. Je možné nabídnout toto řešení?

ODPOVĚĎ č. 2

Nikoliv, zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku a nabízené zboží musí splňovat požadavek: „Upravitelná tuhost ostření.“

DOTAZ č.3:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje tubus s nastavitelným pozorovacím úhlem min. 5-35°. Je možné nabídnout vysoce ergonomický fototubus s nastavitelným pozorovacím úhlem 5-30°?

ODPOVĚĎ č. 3

Nikoliv, zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku a nabízené zboží musí splňovat požadavek: „Tubus s nastavitelným pozorovacím úhlem min. 5-35°.“

DOTAZ č.4:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje kameru s rozlišením min. 12 Mpx. Světelné mikroskopy v procházejícím světle mohou využít max. 5 Mpx ze světelných informací ze zorného pole. Následně se jedná pouze o prázdné informace ve více pixelech. Prázdné informace zabírají paměť a dochází k prázdnému zvětšení. Kamery pro světelnou mikroskopii v procházejícím světle pro pozorování preparátu na sklíčku by měly být optimalizovány pro 5 Mpx. Větší rozlišení má smysl pouze u stereoskopie nebo zoomu (větší čočky, větší zorné pole). U poptávaného typu mikroskopu by mohlo být 5 Mpx naprosto dostatečné rozlišení, bude zadavatel akceptovat toto řešení?

ODPOVĚĎ č. 4

Nikoliv, zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku a nabízené zboží musí splňovat požadavek: „Barevná kamera s rozlišením min. 12 Mpix.“

Mikroskop pro patologii

DOTAZ č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje min. dvoukrokové nezávislé koaxiální zaostřování na obou

stranách stativu. Standardní univerzální řešení je zaostřování závislé, díky kterému uživatel může přesně změřit tloušťku vzorku v mikronech. Jedná se tedy o standardní konstrukci zaostřování, kterou nabízí většina výrobců. Je tedy možné nabídnout toto standardní řešení, které vyhovuje napříč všem klinickým aplikacím?

ODPOVĚĎ č. 1

Nikoliv, zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku a nabízené zboží musí splňovat požadavek: „Min. dvoukrokové nezávislé koaxiální zaostřování na obou stranách stativu.“

DOTAZ č.2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje upravitelnou tuhost ostření. Upravitelná tuhost ostření se dříve používala kvůli fixaci stolku, aby nedocházelo k nedovolenému uvolňování a následnému rozfokusovávání. Nabízíme moderní konstrukci, díky které nedochází k jakémukoliv nechtěnému posuvu stolku, tedy i vzorku, ani následnému rozostřování. Je možné nabídnout toto řešení?

ODPOVĚĎ č. 2

Nikoliv, zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku a nabízené zboží musí splňovat požadavek: „Upravitelná tuhost ostření.“

DOTAZ č.3:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje odnímatelný objektivový revolver pro min. 6 objektivů s DIC slotem. S největší pravděpodobností dodává odnímatelnou revolverovou hlavu na trhu pouze jeden dodavatel, mohlo by se tedy jednat o diskriminační parametr pro ostatní možné uchazeče. Je možné nabídnout fixní objektivový revolver pro 6 objektivů s DIC slotem?

ODPOVĚĎ č. 3

Nikoliv, zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku a nabízené zboží musí splňovat požadavek: „Odnímatelný objektivový revolver pro min. 6 objektivů s DIC slotem.“

DOTAZ č.4:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje tubus s nastavitelným pozorovacím úhlem min. 5-35°. Je možné nabídnout vysoce ergonomický fototubus s nastavitelným pozorovacím úhlem 5-30°?

ODPOVĚĎ č. 4

Nikoliv, zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku a nabízené zboží musí splňovat požadavek: „Tubus s nastavitelným pozorovacím úhlem min. 5-35°.“

DOTAZ č.5:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje kameru s rozlišením min. 12 Mpx. Světelné mikroskopy v procházejícím světle mohou využít max. 5 Mpx ze světelných informací ze zorného pole. Následně se jedná pouze o prázdné informace ve více pixelech. Prázdné informace zabírají paměť a dochází k prázdnému zvětšení. Kamery pro světelnou mikroskopii v procházejícím světle pro pozorování preparátu na sklíčku by měly být optimalizovány pro 5 Mpx. Větší rozlišení má smysl pouze u

stereoskopie nebo zoomu (větší čočky, větší zorné pole). U poptávaného typu mikroskopu by mohlo být 5 Mpx naprosto dostatečné rozlišení, bude zadavatel akceptovat toto řešení?

ODPOVĚĎ č. 5

Nikoliv, zadavatel sděluje, že setrvává na svém požadavku a nabízené zboží musí splňovat požadavek: „Barevná kamera s rozlišením min. 12 Mpix.“

Shora uvedené vysvětlení nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Praze (dle elektronického podpisu)

Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.