

## Příloha č. 1 ZD " Technická specifikace

„Síticová širokoúhlá kamera pro novorozence včetně modulu sítnicové angiografie“					
			Požadavek Zadavatele	Vyplní Dodavatel	
Osvětlení		Přímé osvětlení pro snímkování s vysokým rozlišením a vysokým kontrastem, při současném redukcí rozostření na okrajích zorného pole.	Ano		
Snímací aparát		Odlehčený handpiece	Ano		
Zdroj světla	Pro Color snímek	Bílá LED, vyměnitelný	Ano		
	Pro FAG	Modrá LED, vyměnitelný,	Ano		
	Filtry	odnímatelný bariérový pro FAG	Ano		
Optika		Plně osvětlené zorné pole min. 100° a dosahem k ekvátoru	Ano		
Focení a zobrazení	Senzor	Vysoká citlivost	Ano		
		Nízký šum	Ano		
		Rozlišení min. 3 MPx	Ano		
	Video			Ano	
		Foto		Ano	
	Formáty		Nastavení jasu	Ano	
			Nastavení kontrastu	Ano	
			Nastavení gain	Ano	
	Správa dat		.jpg, .avi	Ano	
			Smazání videa po uložení nebo ukončení snímání Ukládání porovnávacích snímků	Ano	
Ovládání		Klávesnice	Ano		
		Multifunkční nožní spínač	Ano		
	Full-HD Dotyková obrazovka		min. 23''	Ano	
			Ovládací tlačítka hlavních funkcí na vozíku	Ano	
Vozík	Odlehčený		Ano		
	Výškově nastavitelný	min. do 160 cm	Ano		
	Desinfekční nádobka		Ano		
	Provoz na baterie		Ano		
Ovládací PC		min. 2,4 GHz, 16 GB RAM 1600 MHz, 2 TB pevný disk, akceleroaná grafická karta	Ano		
Software	Operační systém IT zabezpečení	min. Windows 10 Pro	Ano		
		Kontrola administrace	Ano		
		Správa účtů	Ano		
		Individuální přihlášení uživatelů	Ano		
		Silné zabezpečené heslo	Ano		
		Audit logování	Ano		
		Šifrování dat "at rest"	Ano		
	DICOM		Ano		

	Export	Ano	
	Integrace do PACS	Ano	
	Modality Worklist	Ano	
Konektivita	min. USB 3.0 a RJ-45 Ethernet	Ano	
Uživatelské prostředí	Jednoduchá ergonomická obsluha	Ano	
DEMO přístroj	Možnost vyzkoušení demo přístroje v pracovních podmínkách zadavatele do 7 pracovních dní od žádosti zadavatele	Ano	