

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

název veřejné zakázky	„Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2023“
zadavatel	Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov zastoupena: Mgr. Vojtěch Remeň, předseda představenstva MUDr. Dana Kopřivová, člen představenstva zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460 IČ: 260 95 149

Dodatečná informace (1) k zadávacím podmínkám na základě písemných žádostí uchazečů

Dotaz č. 1

4K monitor hlavní

Opravdu požaduje zadavatel hlavní monitor o úhlopříčce 55 palců? Po několika letech boomu takto velkých monitorů na operačních sálech se dochází k závěru, že jsou moc velké a spíše na operačním sále překáží, bez jakékoliv přidané hodnoty pro operační tým oproti monitorům s úhlopříčkou kolem 30 palců. Pokud zadavatel požaduje 55 palců monitor, bude akceptovat dodání monitoru s kontrastními jasem 500 cd/m² a kontrastem 1100 / 1? Což jsou hodnoty monitorů používaných na desítkách pracovišť nejen v České Republice.

Odpověď zadavatele

Ano, zadavatel požaduje, aby dodaný hlavní monitor měl úhlopříčku 55 palců. Tato velikost je dle vyjádření oddělení nevhodnější pro jejich činnost. Zároveň zadavatel informuje o tom, že bude akceptovat dodání monitoru s jasem min. 500 cd/m² a kontrastem min. 1000 / 1.

Dotaz č. 2

4K monitor

Bude zadavatel akceptovat dodávku monitoru s minimální úhlopříčkou 31,5“ oproti požadovaným 32“? Tato úhlopříčka monitoru je přesný údaj, i když je tento monitor obecně označován jako 32“.

Odpověď zadavatele

Ano, bude.

Dotaz č. 3

4K monitor

Bude zadavatel akceptovat dodání monitoru s kontrastním poměrem 1000:1 oproti požadovaným 1350:1? Monitor s tímto kontrastem je používán na desítkách laparoskopických pracovišť nejen v České Republice.

Odpověď zadavatele

Ano, bude.

Dotaz č. 4

Kamerová jednotka:

Může zadavatel blíže vysvětlit rozdíl mezi požadovanými rozlišeními FULL 4K 3840 x 2160 a 4K UHD 3840 x 2160? Z našeho pohledu se jedná o totéž, to je redundantní požadavek.

Odpověď zadavatele

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o shodné označení stejného technického parametru a nadbytečně uveden dvakrát.

Dotaz č. 5

Kamerová jednotka:

Jak bude zadavatel akceptovat dodání kamerové jednotky s integrovaným záznamovým zařízením namísto požadovaného externího?

Odpověď zadavatele

Zadavatel bude akceptovat integrované záznamové zařízení, pokud budou naplněny požadavky na ovládání.

„Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2023“

Dotaz č. 6

Kamerová jednotka

Může zadavatel blíže vysvětlit následující požadavek? Citace: „Širokopásmové barevné zobrazení ve 4K v 16-ti fázové barevné škále“. Jedná se o zobrazení v barevném formátu BT2020?

Odpověď zadavatele

Ano jedná se o vysvětlení vyplývající z předchozího zadávacího řízení, kdy jeden z potenciálních uchazečů projevil neznalost tohoto formátu.

Dotaz č. 7

Kamerová jednotka

Může zadavatel blíže vysvětlit následující funkci kamerové jednotky? Citace: „Podpora kamerová jednotka podporuje úzkopásmové selektivní barevné zobrazování“. Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové jednotky bez této nejasně definované funkce? Případně kamerovou jednotku s podporou fluorescenčního zobrazení ICG?

Odpověď zadavatele

Zadavatel upravuje svůj požadavek na úzkopásmové selektivní barevné zobrazování kamerové jednotky takto: „Kamerová jednotka podporuje filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji, alternativně zadavatel připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji.“

Dotaz č. 8

Kamerová jednotka

Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové jednotky s odpovídajícími výstupy pro dokonalý přenos obrazu k připojenému monitoru namísto přesné specifikace výstupních konektorů, které mohou být irelevantní ve vztahu připojeného monitoru.

Odpověď zadavatele

Zadavatel bude akceptovat pouze takové nabídky, které splňují technické parametry, které jsou definovány v příloze č. 5.

Dotaz č. 9

Kamerová hlava

Může zadavatel blíže vysvětlit rozdíl mezi požadovanými rozlišeními FULL 4K 3840 x 2160 a 4K UHD 3840 x 2160? Z našeho pohledu se jedná o totéž, to je redundantní požadavek.

Odpověď zadavatele

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o shodné označení stejného technického parametru.

Dotaz č. 10

Kamerová hlava

Požaduje zadavatel přímo dodání kamerové hlavy s funkcí ICG a nebo požaduje kamerovou jednotku, která může být v budoucnu rozšířena o kamerovou hlavu, a která dokáže snímat fluorescenční spektrum? To znamená bude nyní dodána ekonomicky výhodnější kamerová hlava bez funkce ICG?

Odpověď zadavatele

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace požaduje dodání kamerové hlavy s funkcí ICG.

Dotaz č. 11

Kamerová hlava

Bude zadavatel akceptovat dodání kamerové hlavy bez funkce automatického ostření? Nabízená kamerová hlava má dostatečnou hloubku ostrosti a proto nevyžaduje doostřování během operačního výkonu.

Odpověď zadavatele

Zadavatel požaduje dodání kamerové hlavy s funkcí automatického ostření.

Dotaz č. 12

Laparoskopická optika:

Bude zadavatel akceptovat světlovodné kabely s kratší délkou než požadována je 3m? Například s délkou 2,7m?

Odpověď zadavatele

Zadavatel požaduje dodání světlovodných kabelů s délkou 3m, nabídky které nebude tento parametr splňovat bude vyhodnocena jako nabídka nesplňující zadání.

„Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2023“

Dotaz č. 13

Zdroj studeného světla:

Bude zadavatel akceptovat dodání LED zdroje světla, který má garantovanou životnost cca. 7 let a tudíž nepotřebuje závažný zdroj světla integrovaný do jednotky.

Odpověď zadavatele

Zadavatel požaduje dodání zdroje světla včetně záložního zdroje světla.

Dotaz č. 14

Zdroj studeného světla:

Bude zadavatel akceptovat dodání zdroje světla integrovaného do stejné jednotky jako je kamerová a záznamová?

Odpověď zadavatele

Zadavatel nebude takovou nabídku akceptovat, požadujeme univerzální připojení světlovodných kabelů různých značek.

Dotaz č. 15

Zdroj studeného světla:

Bude zadavatel akceptovat dodání zdroje světla bez funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazení a IR spectra pro fluorescenci? S tím že nabízená sestava je v budoucnu rozšiřitelná o IR světlo, pokud operativa v dané nemocnici tento požadavek opravdu bude mít. Je to speciální druh zobrazení, dle naší zkušenosti, využívají pouze zařízení zaměřená na onkologickou chirurgii.

Odpověď zadavatele

Zadavatel nebude takovou nabídku akceptovat, protože provádí mimo jiné i operace vyžadující tento typ zobrazení.

Dotaz č. 16

Insuflátor:

Bude zadavatel akceptovat dodání insuflátoru bez automatického odsávání kouře s tím, že tato funkce je zabezpečena separátní odsávací jednotkou tak zvanou „odsávačkou kouře“ vybavenou filtrem? Tato jednotka plně komunikuje s elektrokoagulační jednotkou. Ostatně tato odsávačka kouře je v tomto tendru poptávána také. To znamená při splnění tohoto požadavku na instalátor je věž vybavena dvěma odsávačkami kouře.

Odpověď zadavatele

Zadavatel bude takovou nabídku akceptovat, dodání insuflátoru s automatickým odsáváním je s výhodou.

Vzhledem k tomu, že zadavatel mění zadávací dokumentaci, tak že se může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, rozhodl se prodloužit termín pro podání nabídek do 17. 07. 2023 11:00.

.....
Vojtěch Remeň
Předseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.