

## **Textová část zadávací dokumentace**

**„Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro stanovení krevních plynů a parametrů vnitřního prostředí se zápůjčkou analyzátorů-ABR a POCT imunochemického analyzátoru“**

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“) zadávanou v otevřeném zadávacím řízení

## OBSAH

Základní informace o veřejné zakázce.....	3
1. Informace o lhůtách a místu podání nabídek.....	3
2. Kontaktní osoba zadávacího řízení .....	3
3. Předmět veřejné zakázky.....	4
3.1. Předmět veřejné zakázky .....	4
3.2. Technická specifikace.....	5
3.3. Místo plnění .....	7
3.4. Doba plnění.....	7
3.5. Zadávací dokumentace .....	7
4. Klasifikace dle CPV a předpokládaná hodnota .....	8
4.1. CPV .....	8
4.2. Předpokládaná hodnota .....	8
5. Prokázání splnění kvalifikace .....	8
5.1. Základní způsobilost.....	8
5.2. Profesní způsobilost.....	9
5.3. technická kvalifikace .....	9
5.4. Prokazování splnění kvalifikace v nabídce .....	10
5.5. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.....	10
6. Obchodní a platební podmínky .....	11
7. Zpracování nabídkové ceny .....	12
8. Hodnoticí kritéria .....	12
9. Další požadavky zadavatele .....	13
9.1. Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy.....	13
9.2. Seznam poddodavatelů .....	13
9.3. Požadavek na předložení informačního letáku a technického listu .....	13
9.4. Požadavek na návod k používání v českém jazyce.....	13
9.5. Pojištění.....	13
10. Požadavky na zpracování nabídky .....	13
10.1. Obecné požadavky .....	13
10.2. Struktura nabídky .....	14
11. Lhůty, otevírání nabídek, prohlídka místa plnění .....	14
12. Další informace a výhrady .....	15
13. Poskytnutí zadávací dokumentace .....	17

## ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	<b>Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro stanovení krevních plynů a parametrů vnitřního prostředí se zápůjčkou analyzátorů-ABR a POCT imunochemického analyzátoru</b>
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo zadavatele:	B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČO zadavatele:	260 68 877
Zastoupen:	MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
Adresa profilu zadavatele:	Dokumenty k předmětné veřejné zakázce budou uveřejňovány na profilu zadavatele: <a href="https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html">https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html</a>

## 1. INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ NABÍDEK

Místo pro podání nabídek:	<a href="https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html">https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html</a>
Zahájení zadávacího řízení:	27. 06. 2023
Lhůta pro podání nabídek:	28. 07. 2023 v 9:00 hodin
Další informace lze získat:	U kontaktní osoby zadávacího řízení

## 2. KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Kontaktní osoba:	Hana Beznosková
Telefon:	+420 387 872 240
E-mail:	<a href="mailto:verejnezakazky@nemcb.cz">verejnezakazky@nemcb.cz</a>

### 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

#### 3.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka validovaných diagnostik a vázaného spotřebního materiálu pro analýzu krevních plynů, dalších parametrů vnitřního prostředí a pro POCT imunochemická vyšetření ve vzorcích biologického materiálu včetně bezplatné zápůjčky nového, nerepasovaného přístrojového vybavení v celkovém počtu 8 ks analyzátorů (7 ks ABR a 1 ks POCT imunochemický).

Další dodávka 2 ks analyzátorů krevních plynů bude formou opce.

**Analyzátory budou umístěny v Nemocnici České Budějovice, a.s. na níže uvedených odděleních:**

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), lůžková část, RES1, pavilon CH1 – stolní analyzátor ABR – 1ks

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), lůžková část, RES2, pavilon CH1 – stolní analyzátor ABR – 1ks

Kardiologické oddělení – jednotka pooperační a resuscitační péče (RES), pavilon C – stolní analyzátor ABR – 1ks

Neonatologické oddělení – jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP), pavilon K – kazetový analyzátor ABR – 1ks

Dětské oddělení – jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP), pavilon D – kazetový analyzátor ABR – 1ks

Infekční oddělení – jednotka intenzivní péče (JIP), pavilon E – kazetový analyzátor ABR – 1ks

Oddělení urgentního příjmu, pavilon C – kazetový analyzátor ABR – 1ks + POCT imunochemický analyzátor – 1 ks

**Požadovaná zápůjčka analyzátorů:**

3 ks stolních analyzátorů pro analýzu krevních plynů, bez sensorových kazet

4 ks analyzátorů pro analýzu krevních plynů se sensorovými kazetami

1 ks POCT imunochemického analyzátoru

V rámci jednotné interpretace výsledků analyzátorů pro analýzu krevních plynů jsou požadovány analyzátory stejného výrobce.

Analyzátory musí být výkonnostně a kvalitativně vhodné pro provádění všech požadovaných vyšetření v nepřetržitém provozu - 24/7.

### 3.2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

#### Specifikace plnění:

#### **Společné technické požadavky pro analyzátory krevních plynů:**

- Požadované parametry – pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, saturace hemoglobinu kyslíkem (sO<sub>2</sub>), celkový hemoglobin (tHb), FO<sub>2</sub>Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Cl<sup>-</sup>, glukóza, laktát, celkový bilirubin s certifikací pro neonatologické pacienty
- Počítané parametry - koncentrace bikarbonátů (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>), base excess v krvi (BE), hematokrit (Hct), pH, pCO<sub>2</sub> a pO<sub>2</sub> korigované na teplotu pacienta, parciální tlak kyslíku při poloviční saturaci hemoglobinu (p50), celková koncentrace CO<sub>2</sub> (tCO<sub>2</sub>), celková koncentrace O<sub>2</sub> (tO<sub>2</sub>)
- Analýza plné krve ze stříkačky i z kapiláry
- Objem vzorku pro všechny měřené parametry max. 95 µl.
- Detekce chyb při nasátí vzorků (homogenita, bubliny, sraženiny, množství vzorku)
- Integrovaný oxymetr pro přesné stanovení saturace, Hb a jeho derivátů
- Oxymetr s automatickým potlačením a korekcí na interferující látky
- Automatická kontrola kvality na minimálně 3 koncentračních úrovních, multiparametrové kontroly (vše v jedné kontrole včetně oxymetrie)
- Statistické vyhodnocení kontroly kvality s vizualizací na obrazovce (Levey-Jennings graf)
- Obslužný SW analyzátoru kompletně v češtině
- Načtení osobního ID pacienta, případně dalších uživatelsky zvolených parametrů – čtečka čárového kódu i ruční zadání
- Ovládání přístroje a měření po přihlášení osobního ID operátora
- Záloha při výpadku elektrické sítě – požadována UPS

#### **Technické požadavky pro stolní analyzátory krevních plynů:**

- Automatická detekce hladiny všech roztoků
- Načtení elektrody, membrány, všech provozních roztoků a kontrolního materiálu přes čárový kód
- Dlouhá záruka na všechny elektrody – uveďte záruku poskytovanou výrobcem (nikoliv životnost)
- Minimální prováděný počet dvoubodových kalibrací – max. 4 za 24 hodin
- Proplachovací a kalibrační roztoky stabilní do data expirace
- Možnost naprogramování vlastní frekvence provádění kontrolních měření i kalibrací (jak úrovně, tak denní četnosti)
- Automatický podavač pro minimálně 3 vzorky
- Palubní tiskárna s volitelnou možností tisknutí/netisknutí výsledkového protokolu

#### **Technické požadavky pro analyzátory krevních plynů se senzorovými kazetami:**

- Integrovaný mixér pro automatické míchání vzorků
- Detekce sraženin a automatický i manuální korekční systém pro jejich odstranění
- Limit kvantifikace pro měřené hodnoty Ca<sup>2+</sup> - 0,10 mmol/l

- Nad rámec společných technických požadavků pro analyzátory krevních plynů – požadavek měření Urea, Crea
- Exspirace spotřebního materiálu v analyzátoru min. 30 dnů
- Signalizace výměny spotřebních materiálů
- Automatická kalibrace

#### **Technické požadavky pro POCT imunochemický analyzátor:**

- Požadované parametry – C-reaktivní protein, Troponin I
- Měření vzorků z plné krve, bez nutnosti dalšího manuálního zpracování vzorku
- Možnost měření min. 3 testů na každém krevním vzorku
- Možnost měření min. 2 vzorků současně
- Pro všechna požadovaná vyšetření 1 primární zkumavka (1 náběr)
- Výkon 20 testů / hodinu
- Stanovení 1 testu do 20 min.
- Maximální objem vzorku do 2 ml.
- Žádný přímý kontakt obsluhy s krví pacienta včetně odpadu z analyzátoru
- Výsledky v laboratorní kvalitě
- Možnost vložit více druhů testovacích kazet
- Kontrola přístroje pomocí programu dálkové správy
- Integrovaná čtečka čárových kódů a integrovaná tiskárna
- Stabilita reagensů na palubě minimálně 15 dní
- Identifikace vzorku pomocí čárového kódu.
- Identifikace reagensů, kontrol a kalibrátorů pomocí čárového kódu
- Dotykový displej a SW v ČJ
- Detekce chyb při nasátí vzorků
- Automatická údržba a inicializace
- Záloha při výpadku elektrické sítě – požadována UPS

#### **Konektivita:**

- Propojení se SW pro správu a management POCT s možností centrální správy operátorů, management spotřebního materiálu včetně evidence používaných šarží
- SW pro správu a management POCT v českém jazyce s pravidelným bezplatným upgrade a zajištěním případné modernizace
- Součástí dodávky je propojení SW pro správu a management POCT s laboratorním informačním systémem FONSOPENLIMS
- Dálková správa zařízení v rámci nemocnice a ze servisního centra dodavatele (dostupnost 24/7)
- Bezplatná možnost SW a HW upgrade přístroje (v souvislosti s rozšířením využitelnosti přístroje, zavedení nových parametrů atd.).

#### **Požadavky na diagnostika a spotřební materiál:**

- Požadovaná exspirace diagnostik a spotřebního materiálu >3 měsíce od data dodání
- Všechna nabízená diagnostika musí být validována pro požadované analytické systémy a musí splňovat uzavřenou platformu s analyzátory

- Diagnostické soupravy a spotřební materiál musí být v souladu s platnou národní a evropskou legislativou (CE, IVD)
- Diagnostika a spotřební materiál musí splňovat uzavřenou platformu s imunoanalytickým analyzátořem
- Požadované dodání diagnostik a veškerého spotřebního materiálu na pracoviště objednatele do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky

Dodavatel bezplatně dopraví předmět výpůjčky (analyzátory) na místo plnění, zajistí řádnou instalaci analytického systému v souladu s doporučeními výrobce, jeho funkční zkoušku, vstupní validaci a uvedení do provozu v souladu s pokyny výrobce a zaškolení pracovníků zadavatele.

Dodavatel provede instalaci předmětu výpůjčky tak, aby nedošlo k významnějšímu přerušení rutinního provozu pracoviště.

Dodavatel bezplatně zajistí předepsané periodické bezpečnostně technické kontroly, pravidelné preventivní servisní prohlídky dle pokynů výrobce a aktuální legislativy, bezplatné zajištění servisu a oprav nabízených analyzátořů včetně dodávky všech potřebných náhradních dílů zdarma po dobu zápujčky.

Účastník uvede náklady na test/ kompletní požadované vyšetřeni se zohledněním spotřebního materiálu, reagensů, kalibrací a kontrol v souladu s doporučením výrobce a odborných společností pro počet a spektrum vyšetřeni (rozděleno pro jednotlivá pracoviště) uvedených v **příloze č. 3 Specifikace dodávek\_ceník**.

### **3.3. MÍSTO PLNĚNÍ**

Místem plnění je sídlo zadavatele: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice (kód ZÚJ 544256).

### **3.4. DOBA PLNĚNÍ**

Doba plnění této VZ bude na dobu **neurčitou**, a to ode dne účinnosti Kupní smlouvy s vybraným dodavatelem.

### **3.5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Tato zadávací dokumentace v souladu se ZZVZ vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadávací dokumentace je pro účastníky zadávacího řízení závazná. Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy uvedené v této zadávací dokumentaci.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných vysvětlení k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že účastník řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si důkladně prostudovali zadávací podmínky a jakékoliv nejasnosti, připomínky či dotazy, které jim v souvislosti se zadávacími podmínkami vyvstanou, si vyjasnili v průběhu lhůty pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o vysvětlení podané v souladu s § 98 ZZVZ a touto zadávací dokumentací.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka bude považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky účastníka a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení.

Zadavatel sděluje, že v tomto zadávacím řízení nebylo, vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky, možné zohlednit zásady dotýkající se sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Zadavatel na základě posouzení povahy plnění veřejné zakázky zjistil, že není možné zohlednit výše uvedené zásady ani při stanovení podmínek účasti dodavatelů ve veřejné zakázce, ani v rámci stanovení hodnotících kritérií, a to mimo jiné s ohledem na úzce vymezený okruh dodavatelů schopných plnit předmět veřejné zakázky, kdy všechny tyto subjekty, působící na trhu v pozici dodavatelů léčivých přípravků, splňují nejpřísnější hlediska pro posouzení přístupu k výše uvedeným zásadám.

## 4. KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

### 4.1. CPV

Hlavní CPV kód: 33694000-1 Diagnostika

### 4.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Zadavatelem stanovený limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) v souladu s § 16 a násl. ZZVZ byl spočten na dobu 48 měsíců a činí: **23 200 000 Kč bez DPH**.

Určuje tak předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako **maximální částku**, kterou je účastník oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka nebude hodnocena.

## 5. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

### 5.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

5.1.1. Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,



- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  - c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  - d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  - e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
- 5.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat
- a) tato právnická osoba,
  - b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
  - c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
- 5.1.3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
  - b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
- 5.1.4. Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice v nabídce předložením:
- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
  - b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
  - c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
  - d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
  - e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
  - f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

## **5.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST**

- 5.2.1. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- 5.2.2. Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

## **5.3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE**

- 5.3.1. Zadavatel nepožaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

#### 5.4. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE

- 5.4.1. V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání splnění kvalifikace kopie dokladů.
- 5.4.2. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
- 5.4.3. **Zadavatel výslovně vylučuje v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 Zákona, aby účastník nahradil doklady o kvalifikaci čestným prohlášením v nabídce.**
- 5.4.4. Dodavatel může požadované doklady nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

#### 5.5. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ OSOBY

- 5.5.1. V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (např. poddodavatele) je dodavatel povinen doložit doklady dle § 83 zákona.
- 1) Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
  - b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
  - c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
  - d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
- Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
- 5.5.2. Zadavatel v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ si před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
- 5.5.3. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**
- 5.5.4. Dodavatel musí při společné účasti dodavatelů v řízení a při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob dbát povinností stanovených v § 82 a násl. ZZVZ.

- 5.5.5. Prokázání základní a profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu se seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ustanovením § 228 ZZVZ.
- 5.5.6. Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje ji dodavatel doklady vydanými podle právního řádu země, ve kterém byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládá bez překladu.
- 5.5.7. Dle § 107 odst. 4 ZZVZ dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 5.5.8. Dle § 107 odst. 5 ZZVZ zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 5.5.9. Dle § 88 odst. 1 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.
- Povinnost účastníka zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
  - b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
  - c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
- 5.5.10. Dle § 88 odst. 2 ZZVZ dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

## **6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 6.1.1. Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu kupní smlouvy obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění [doplní účastník]. Smlouvy budou podepsány elektronicky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka, která bude obsahovat pozměněný

obsah smlouvy mimo místa určená k vyplnění, může být ze soutěže vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

## 7. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 7.1.1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pro veřejnou zakázku absolutní částkou v Kč bez DPH.
- 7.1.2. Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami v závazném návrhu kupní smlouvy, který bude součástí nabídky.
- 7.1.3. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
- 7.1.4. V případě, že účastník nabídne cenu veřejné zakázky vyšší, než je zadavatelem stanovená maximální cena veřejné zakázky, uvedená v této zadávací dokumentaci, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky účastníka ze zadávacího řízení.
- 7.1.5. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému provedení zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen po celou dobu plnění veřejné zakázky, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám po celou dobu plnění veřejné zakázky.
- 7.1.6. Zadavatel upozorňuje, že uvedený odběr je předpokládaný na základě spotřeby za přecházející období 12 měsíců. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané množství s ohledem na počet a skladbu pacientů. Objednávky se budou vystavovat na základě aktuální potřeby nemocnice.

## 8. HODNOTICÍ KRITÉRIA

- 8.1.1. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 zákona, že nabídky budou hodnoceny podle jejich **ekonomické výhodnosti**.
- 8.1.2. Dodavatelé předloží ve svých nabídkách následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle výše uvedeného kritéria
  - dodavatelem vyplněné údaje v návrhu kupní smlouvy a v soupisu dodávek, které musí korespondovat.
- 8.1.3. V případě rozporu nabídkové ceny uvedené v krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy se k ceně uvedeném v krycím listu nabídky nepřihlíží.
- 8.1.4. V případě stejné výše nabídkové ceny u více účastníků rozhodne o nejvhodnější nabídce pořadí podání nabídek zadavateli. To znamená, pokud podají dva a více účastníci nabídku se stejnou nabídkovou cenou, bude jako nejvhodnější nabídka stanovena ta, která byla doručena na profil zadavatele dříve.

## 9. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

### 9.1. DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ OSOBY, KTERÁ PODEPSALA NÁVRH SMLOUVY

- 9.1.1. Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh kupní smlouvy, zastupovat účastníka (např. výpis z obchodního rejstříku nebo plná moc).

### 9.2. SEZNAM PODDODAVATELŮ

- 9.2.1. Účastník je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatele). Dodavatel může využít vzor seznamu poddodavatelů z Přílohy č. 6 této zadávací dokumentace.

### 9.3. POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ INFORMAČNÍHO LETÁKU A TECHNICKÉHO LISTU

- 9.3.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil produktový list (technický list) v českém jazyce.  
Bezpečnostní listy nabízených diagnostik a všech chemických látek požadovaných pro provoz nabízených analytických systémů budou předloženy v českém jazyce.

### 9.4. POŽADAVEK NA NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ V ČESKÉM JAZYCE

- 9.4.1. Zadavatel požaduje předložení návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě.

### 9.5. POJIŠTĚNÍ

- 9.5.1. Ve smyslu § 104 písm. a) zákona předloží vybraný dodavatel doklad o pojištění **před podpisem kupní smlouvy**, a to při poskytování součinnosti ve smyslu ust. § 122 odst. 3 písm. b) zákona. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat **elektronicky**. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy.

## 10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

### 10.1. OBECNÉ POŽADAVKY

- 10.1.1. Účastníci jsou povinni do nabídky zpracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.
- 10.1.2. Nabídka a ostatní písemnosti se předkládají v českém jazyce. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

- 10.1.3. Zadavatel upozorňuje, že nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k řádné a včasné realizaci předmětu VZ. Pokud účastník hodlá nabídnout slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou dodávku) není přípustná.
- 10.1.4. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
- 10.1.5. Nabídka bude předložena písemně, v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, v českém jazyce. Příloha č. 3 Specifikace dodávek\_ceník a Příloha č. 5 Položkový ceník, budou přiloženy k nabídce také ve formátu kompatibilním s xls (xlsx).
- 10.1.6. Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v Příloze č. 4 Krycí list dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby účastníka mohou být zadavatelem doručovány dokumenty a písemnosti v zadávacím řízení. (Při komunikaci elektronickou poštou je účastník povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy; zpráva se považuje za doručenu okamžikem přijetí zprávy poštovním serverem příjemce zprávy.)
- 10.1.7. Místem pro podání nabídek je: [https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_2.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html)
- 10.1.8. Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK webová stránka <https://ezak.jihnem.cz/>.
- 10.1.9. Za čas podání nabídky odpovídá účastník.
- 10.1.10. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují za nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

## 10.2. STRUKTURA NABÍDKY

- 10.2.1. Zadavatel doporučuje účastníkům strukturovat nabídku následujícím způsobem:
- Krycí list nabídky
  - Obsah nabídky
  - Doklady k prokázání splnění kvalifikace
  - Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat účastníka
  - Kupní smlouva včetně příloh
  - Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna subdodavatelsky
  - Případné další dokumenty

## 11. LHŮTY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

- 11.1.1. Lhůta pro podání nabídek končí **dne 28. 07. 2023 v 9:00 hodin**.
- 11.1.2. Otevírání nabídek s ohledem na elektronické podání proběhne neveřejně.
- 11.1.3. Zadávací lhůta trvá 4 měsíce. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.
- 11.1.4. Prohlídka místa plnění nebude uskutečněna.

## 12. DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY

- 12.1.1. Zjistí-li zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek, že se objevily objektivní důvody vedoucí ke změně zadávacích podmínek (vysvětlení zadávací dokumentace, autoremedura), zadavatel si vyhrazuje právo přijmout opatření k nápravě a zadávací podmínky změnit a současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídky s ohledem na rozsah a závažnost změny, vyžaduje-li to charakter vysvětlení zadávací dokumentace.
- 12.1.2. V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, minimálně stejného standardu.
- 12.1.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem.
- 12.1.4. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
- 12.1.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.
- 12.1.6. V případě, že nelze zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 zákona, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
  - b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
    1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
    2. seznam akcionářů,
    3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
    4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
- 12.1.7. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na základě písemné výzvy dle § 122 odst. 3 zákona předložit originály (elektronicky podepsané dokumenty oprávněnými osobami, které dokumenty vydaly) nebo úředně ověřené kopie (autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentů) dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v průběhu zadávacího řízení.
- 12.1.8. V souladu s § 122 odst. 7 ZZVZ zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady, podle § 122 odst. 3 nebo 5 ZZVZ.
- 12.1.9. Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

- 12.1.10. Zadavatel si vždy před uzavřením smlouvy vyžádá od účastníka, se kterým má být uzavřena smlouva, originály (elektronicky podepsané dokumenty oprávněnými osobami, které dokumenty vydaly) nebo úředně ověřené kopie (autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentů) dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v průběhu zadávacího řízení. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3 zákona musí probíhat elektronicky.
- 12.1.11. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli v souladu s § 98 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále je „žádost o vysvětlení“) musí být zadavateli doručena v souladu s § 98 odst. 1 a 3 ZZVZ nejpozději **8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Kontaktní osoba zadavatele pro evidenci a vyřízení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (pokud nebude využit profil zadavatele): Hana Beznosková, kontaktní e-mail: [verejnezakazky@nemcb.cz](mailto:verejnezakazky@nemcb.cz).
- 12.1.12. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek budou uveřejňovány na profilu zadavatele; **zadavatel doporučuje dodavatelům, aby profil zadavatele ve svém vlastním zájmu sledovali.**
- 12.1.13. V případě, že dodavatel nezašle žádost o vysvětlení v zákonné lhůtě, zadavatel si vyhrazuje právo předmětnou žádost o vysvětlení nevyřídít.
- 12.1.14. Vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněny stejným způsobem, jakým uveřejnil zadavatel textovou část zadávací dokumentace na profilu zadavatele:  
[https://ezak.jihnem.cz/profile\\_display\\_2.html](https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html)
- 12.1.15. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, kteří jsou akciovou společností nebo mají právní formu obdobnou akciové společnosti na nutnost mít vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel ověří dle § 48 odst. 9 zákona u vybraného dodavatele naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona (tj. nevydání výlučně zaknihovaných akcií) na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Tato ustanovení se nepoužijí pouze pro takového účastníka, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.
- 12.1.16. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky v nabídkách. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v případě, že účastník uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
- 12.1.17. Zadavatel v pozici správce osobních údajů ve smyslu č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob informuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) dodavatele účastníci se předmětného zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace předmětného zadávacího řízení.
- Zadavatel může v rámci předmětného zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů, členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a poddodavatelů a osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazováno splnění požadované kvalifikace, osob sestavující nabídku a skutečných majitelů dodavatele.



Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci předmětného zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy vztahujícími se k uvedenému řízení a zákonu o zadávání veřejných zakázek.

## **13. POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

13.1.1. Zadávací dokumentace má následující přílohy:

Příloha č. 1 Rámcová kupní smlouva

Příloha č. 2 Smlouva o výpůjčce

Příloha č. 3 Soupis dodávek\_ceník

Příloha č. 4 Krycí list

Příloha č. 5 Položkový ceník

Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 7 ČP Mezinárodní sankce

Hana Beznosková  
Oddělení veřejných zakázek

V Českých Budějovicích dne: 27. 06. 2023