

Uveřejněno na profilu zadavatele: 3. 9.2018
Adresa profilu zadavatele: <https://ezak.nemcb.cz/>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – 1

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

KORONÁRNÍ STENTY

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
Zastoupené: MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
IČO: 260 68 877
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová
IČO: 619 72 690
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Nemocnice České Budějovice, a.s, IČO 260 68 877, se sídlem Boženy Němcové 585/54, PSČ 370 01 zastoupené MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) vyhlásila podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na **Koronární stenty**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské Unie, který byl dne 9. 8. 2018 uveřejněn pod evidenčním číslem Z2018-027050. Zadávací podmínky zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz> v souladu se zákonem.

Zadavatel obdržel od jednoho z dodavatelů žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá prostřednictvím pověřené osoby, a to uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění žádosti č. 1:

Dotaz č. 1.1:

Základní informace, článek 1, bod č. 3 Základní informace k veřejné zakázce, maximální finanční objem pro část 1 je uveden 5.705.000,- Kč / rok, resp. 11.410.000,- Kč / 2 roky. Portál ezak.nemcb.cz v sekci Části veřejné zakázky uvádí u části č. 1 předpokládanou hodnotu 5.700.000,- Kč bez DPH / rok. Laskavě žádáme o sjednocení údajů u předpokládaných hodnot pro jednotlivé části.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel děkuje za upozornění na písařskou chybu obsaženou v textu zadávacích podmínek, nicméně v této souvislosti konstatuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky není povinnou náležitostí obsahu zadávacích podmínek. Výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je rozhodujícím faktorem pro stanovení způsobu zadávacího řízení, není nikterak podstatná pro určení nabídkové ceny dodavatelů. Nicméně přesto zadavatel za toto upozornění děkuje.

Dotaz č. 1.2:

Rámcová kupní smlouva, část č. 7. Záruka a práva z vadného plnění. Dovolujeme si upozornit, že standardní doba záruky za jakost pro jednorázové sterilní zdravotnické prostředky je shodná s expirační dobou jednotlivých zdravotnických prostředků. Ve většině případů tak zadavatel obdrží záruku za jakost delší než uváděné 2 roky (v některých případech ale i záruku kratší, neboť některé zdravotnické prostředky mají už

z výroby výrobcem určenu expirační dobu kratší, tudíž požadavku na záruku v délce 24 měsíců nelze vyhovět). Žádáme Vás o úpravu uvedeného článku záručních podmínek v tomto duchu.

Odpověď zadavatele:

Ujednání uvedené v rámcové smlouvě v čl. 7 odst. 7.1 není v kolizi s dotazem tazatele. Jednorázové sterilní zdravotnické prostředky musí být způsobilé pro použití ke smluvenému (jinak obvyklému) účelu a musí si zachovat obvyklé vlastnosti po dobu šesti měsíců (6), jde-li o zboží zužitelné, nebo po dobu dvou (2) roků, jde-li o zboží nezužitelné. **Koronární stenty jsou zdravotnické prostředky zužitelné.**

Dotaz č. 1.3:

Rámcová kupní smlouva, vzor prohlášení. Prosíme o zpřístupnění přepisovatelných verzí těchto dokumentů (na zmíněném portálu jsou k dispozici pouze nepřepisovatelné *.pdf soubory).

Odpověď zadavatele:

Zveřejněno na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1.4:

Článek 10 zadávací dokumentace, Ostatní pokyny a požadavky zadavatele k zadávacímu řízení, bod č. 4. otevírání nabídek v listinné podobě. Žádáme o upřesnění místa (patro, číslo místnosti...) a času pro otevírání nabídek.

Odpověď zadavatele:

Požadované informace jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, konkrétně ve Věstníku veřejných zakázek v čl. IV.2.2. a IV.2.7. (tzn. doručení nabídek 14. 9. 2018 do 11:00 hodin, otevírání obálek 14. 9. 2018 od 11:05 hodin, adresa zadavatele, tj. podatelna v budově ředitelství) a v Úředním věstníku Evropské unie.

.....
za správnost Jana Kobělušová
osoba pověřená k administrativním úkonům