

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 15. 8. 2023

k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

„Inkubátory“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění dotazu k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V příloze č.1 _ Technická specifikace pol. č. 7 - Průhledné víko, bez neprůhledných rohů a jiných omezení. Bude zadavatel akceptovat neprůhledné stojny, které tvoří rohy inkubátoru, ale jinak neomezují úložný prostor (viz. katalogový list _novorozenecký inkubátor Shelly v příloze), víko je zcela průhledné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že trvá na požadavcích uvedených v Příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace, nebude tedy akceptovat nabízené řešení.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva