

MONITORY ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ 4 KS + CENTRÁLA

Technické požadavky:

- Přístroj s 12" dotykovou obrazovkou, která je konfigurovatelná **4 ks**
- Zobrazení minimálně 12 křivek
- Standardní sledování EKG, respirace, NIPB, SpO₂, teploty, tepové frekvence
- Možnost rozšíření o 12ti svodové EKG a AG plyny Masimo nebo Philips
- Vnitřní paměť na minimálně 48 hodin trendů, 1200 měření NIBP a 48 hodin plných křivek
- Možnost propojení do centrály
- 5-ti svodové EKG
- SpO₂ prstový snímač
- NIPB manžeta a hadička
- Teplotní čidlo
- Provoz na el. síť i baterie
- Integrovaný držák pro snadný transport s možností zavěšení na rám postele
- Dobíjitelná baterie s kapacitou na min. 180 minut provozu při výpadku el. sítě

Centrála monitorovací s tiskárnou 1 ks

- komunikace se všemi lůžkovými monitory vitálních funkcí v rámci jednotky
- komunikace po standardní ethernetové síti
- možnost připojení minimálně 6-ti monitorů vitálních funkcí
- obousměrná komunikace s připojenými monitory
- sledování křivek u každého pacienta z lůžkového monitoru (až 6 pacientů) v reálném čase
- možnost zobrazení, vyhodnocení a záznamu alarmů na centrále, tisk alarmů
- zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, tisk trendů,
- archivace a zobrazení kompletních křivek za posledních 24 hod
- režim pro zobrazení vybraného monitoru
- ovládání monitorů dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení, apod.)
- 1 ks LCD dotyková obrazovka minimálně "22"
- ovládání standardní počítačovou klávesnicí
- laserová tiskárna
- český software
- UPS – záložní zdroj