

Uveřejněno na profilu zadavatele: 7. 9. 2018

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_201.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – 1

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

DEFIBRILÁTORY

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice

Zastoupené: MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva
MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva

IČO: 260 68 877

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Jana Kobělušová
IČO: 619 72 690
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Nemocnice České Budějovice, a.s, IČO 260 68 877, se sídlem Boženy Němcové 585/54, PSČ 370 01 zastoupené MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) vyhlásila podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na **Defibrilátory**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské Unie, který byl dne 9. 8. 2018 uveřejněn pod evidenčním číslem Z2018-027056.

Zadávací podmínky zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele <https://ezak.nemcb.cz> v souladu se zákonem.

Zadavatel obdržel od jednoho z dodavatelů žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá prostřednictvím pověřené osoby, a to uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění žádosti č. 1 K ČÁSTI 3 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dotaz:

- 1) V článku 12 ZD Pravidla pro hodnocení nabídek je předmětem hodnocení cena celkem bez DPH za přístroje v jednotlivých kategoriích 1-6. Je myšlen součet cen jednoho kusu nabízeného ICD včetně elektrod a instrumentária v každé kategorii nebo součet celkových cen za předpokládaný počet kusů v každé kategorii při uvedené maximální ceně v každé kategorii?
- 2) Součet maximálních cen za jednotlivé kategorie činí 13 558 165,- Kč, při zohlednění nepřekročitelnosti ceny VZP MAX se jedná o ceny s DPH. V článku 1 ZD se uvádí předpokládaná cena VZ 13 558 165,- Kč bez DPH, v cenách s DPH by to činilo 15 591 890,- Kč vč DPH. Prosíme o objasnění/upřesnění.
- 3) V článku 7.1 ZD se požaduje možnost výběru konektoru defibrilačních elektrod mezi DF-4 a DF-1 a současně v článku 7.2 ZD je dodavatel oprávněn ke každému typu přístroje nabídnout pouze jeden výrobek, tj. ICD buď s konektorem DF-4(IS-4) používané převážně pro primoimplantace nebo DF-1 (IS-1) používané pro reimplantace. Lze nabídnout v každé kategorii obě varianty konektorů, pokud má ICD (výrobek) stejný kód VZP, cenu, název a liší se jen označením konektoru?

Odpověď zadavatele:

AD 1) Předmětem hodnocení bude nabídková cena sestavená ze součtu cen za jeden kus jednotlivých kategorií 1-6 včetně elektrod a instrumentária (součet celkové ceny za přístroj ICD + elektrody + implantační příslušenství v dané kategorii za 1 ks).

AD 2)

Uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky není povinnou náležitostí obsahu zadávacích podmínek. Výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je rozhodujícím faktorem pro stanovení způsobu zadávacího řízení, není nikterak podstatná pro určení nabídkové ceny dodavatelů. Ceny, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách bez DPH mají být včetně DPH.

AD 3)

Podmínka stanovená v čl. 7, odst. 2 zadávacích podmínek se netýká případu, kdy se varianty ICD liší jen označením konektoru pro defibrilační/stimulační elektrody.

Zadavatel dále sděluje, že do 1. 9. 2018 došlo ke změně URL adresy profilu zadavatele, a proto veškeré další informace a listiny v rámci předmětné veřejné zakázky naleznete na nově zřízeném multiprofilu zadavatele https://ezak.jihnem.cz/profile_display_201.html.

.....
za správnost Jana Kobělušová
osoba pověřená k administrativním úkonům