

Odpověď na dotaz k veřejné zakázce - s názvem „Infuzní technika - volumetrické pumpy a lineární dávkovače“ VZ Z2018- 030487

Předmět: Re: Žádost o objasnění zadávací dokumentace VZ "Infuzní technika - volumetrické pumpy a lineární dávkovače"

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje shodně u lineárních dávkovačů a infuzních pump: „Vestavěný akumulátor s kapacitou na 10 hodin provozu“. Záložní zdroj v nemocničním zařízení slouží z pravidla jako zástupná funkce při výpadku klasického napájení přístroje nebo v případě krátkodobého převozu pacienta, případně při speciálním vyšetření pacienta. Tyto případy nevyžadují zpravidla časový interval delší než 3 hodiny. Akceptuje zadavatel přístroje s akumulátorem o kapacitě 3 hodiny nepřetržitého provozu při maximální rychlosti dávkování? Tato úprava zadávacích podmínek nesníží kvality samotného plnění a umožní účast více dodavatelů v zadávacím řízení.

Odpověď

Zadavatel trvá na kapacitě baterie 10h.

Požadovaná změna na 30% původní hodnoty je neakceptovatelná a mohla by ohrozit stav pacientů během transportu do psychiatrických léčeben v rámci ČR.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje ***u infuzních pump***: „možnost setů se silikonovým segmentem“, technická specifikace zároveň obsahuje podmínku „možnost použití setů více různých výrobců, včetně PVC setů“. Sety se silikonovým segmentem jsou dedikované a pumpy pro použití setů se silikonovým segmentem zpravidla neumožňují použití setů více různých výrobců, včetně PVC setů. V případě zachování obou stanovených podmínek upřednostňuje zadavatel konkrétní výrobce. Pro zachování nediskriminace a transparentnosti výběrového řízení prosíme zadavatele o úpravu zadávací dokumentace a výběr jedné z podmínek technické specifikace.

Odpověď

Z dostupných tržních informací je zřejmé, že již více jak 2 roky existuje více dodavatelů, kteří nabízejí současné řešení pro použití setů se silikonovým segmentem a i pro použití běžných PVC setů pro krátkodobou infusní léčbu nebo PVC setů s dobou použitelnosti až 96 hodin.

Z tohoto důvodu zadavatel trvá na svém zadání.

Za Zadavatele

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
Ředitel úseku zdrav. péče
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice a.s.