

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 17. 8. 2023

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### „Videobronchoskop diagnostický a terapeutický“

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.  
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38  
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva  
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva  
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel požaduje počítačovou konektivitu (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech dicom. Tato konektivita musí být dodána s přístrojem včetně nezbytného softwarového vybavení a musí být zajištěna možnost uploadu obrazových dat do nemocniční sítě a klinického informačního systému bez dalších finančních nákladů na straně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Bude zadavatel akceptovat snímky ve formátu JPEG a videí ve formátu MPEG4 spustitelné na vzdáleném počítači, které lze následně převést do DICOM formátu a odesílat do požadovaného archivu?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že trvá na svém požadavku uvedeném v Příloze č. 1 (Technická specifikace), nebude tedy akceptovat nabízené řešení.

---

MUDr. Vít Lorenc  
předseda představenstva

---

Ing. Alena Kudrlová, MBA  
člen představenstva