



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
Jindřichův Hradec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 22. 8. 2023

**k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

„Inkubátory“

ZADAVATEL: **NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.**
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění dotazu k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobry den,
po prostudování podkladu k zadávacímu řízení máme následující dotaz:
Zadavatel v příloze c. 1 - Technická specifikace pod položkou číslo 5 požaduje - "Polohování matrace z vnějších stran inkubátoru a přístup k RTG zásuvce".

Chápe uchazeč správně, že polohování matrace a přístup k RTG zásuvce musí být přístupný z vnějších stran inkubátoru, tedy bez potřeby otevírání velkých bočních vstupních panelů nebo dvířek inkubátoru?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že u požadavku „Polohování matrace z vnějších stran inkubátoru a přístup k RTG zásuvce“ uvedeného v Příloze č. 1 (Technické podmínky) je plně na dodavateli, jakým způsobem tento požadavek splní, tzn. s otevíráním či bez otevírání velkých bočních vstupních panelů nebo dvířek inkubátoru.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva