

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 25. 8. 2023

k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

„Zdravotnické přístroje pro LAB“ Část 1 – Mikroskop laboratorní

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Technická specifikace - Část 1 “uvádíte minimální požadované parametry předmětu dodání. Prosím o odpověď na dotazy níže.

„Kovový stativ mikroskopu, zdvih Z osy min. 15 mm, rozlišení Z osy 2.5 µm nebo lepší“
Bude zadavatel akceptovat rozlišení Z osy 4 µm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že trvá na specifikaci uvedené v Příloze č. 1 (Technická specifikace) v oddíle „Celkové parametry“ pod položkou č. 1, tzn. na požadavku „Kovový stativ mikroskopu, zdvih Z osy min. 15 mm, rozlišení Z osy 2.5 µm nebo lepší“. Zadavatel nebude akceptovat rozlišení Z osy 4 µm.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Technická specifikace - Část 1 “uvádíte minimální požadované parametry předmětu dodání. Prosím o odpověď na dotazy níže.

„Binokulární ergonomický tubus s nastavovacím pozorovacím úhlem v rozsahu min. 5° až 35°“
Bude zadavatel akceptovat mikroskop s tubusem s pevně daným pozorovacím úhlem, popř. s nastavovacím pozorovacím úhlem v rozsahu 5° až 30°?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že trvá na specifikaci uvedené v Příloze č. 1 (Technická specifikace) v oddíle „Celkové parametry“ pod položkou č. 2, tzn. na požadavku „Binokulární ergonomický tubus s nastavovacím pozorovacím úhlem v rozsahu min. 5° až 35°“.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Technická specifikace - Část 1 “uvádíte minimální požadované parametry předmětu dodání. Prosím o odpověď na dotazy níže.

„Osazen kondenzorem typu “Abbé“ min. 0,9 se zabudovanou aperturní clonou s možností aretace pro rutinní práce“

Bude zadavatel akceptovat mikroskop osazen kondenzorem typu Abbé se zabudovanou aperturní clonou bez možnosti aretace?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že trvá na specifikaci uvedené v Příloze č. 1 (Technická specifikace) v oddíle „Celkové parametry“ pod položkou č. 5, tzn. na požadavku „Osazen kondenzorem typu „Abbé“ min. 0,9 se zabudovanou aperturní clonou s možností aretace pro rutinní práce“.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V příloze č. 1 Zadávací dokumentace – „Technická specifikace - Část 1 “uvádíte minimální požadované parametry předmětu dodání. Prosím o odpověď na dotazy níže.

„Hrubé/jemné ostření na obou stranách mikroskopu s aretací k zamezení střetu objektivu a sklíčka“
Bylo by pro zadavatele možné upustit od požadavku na aretaci objektivu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že trvá na specifikaci uvedené v Příloze č. 1 (Technická specifikace) v oddíle „Celkové parametry“ pod položkou č. 7, tzn. na požadavku „Hrubé/jemné ostření na obou stranách mikroskopu s aretací k zamezení střetu objektivu a sklíčka“.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva