

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 25. 8. 2023

k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

„Zdravotnické přístroje pro LAB“ Část 4 – Mikrotom zmrazovací

ZADAVATEL: NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a. s.
Sídlem: Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38
Zastoupený: MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
Ing. Alena Kudrlová, MBA, člen představenstva
IČO: 26095157

Výše uvedený zadavatel na základě písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění dotazu o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dovolujeme se dotázat:

Zadavatel uvádí parametr: Minimální teplota kryokomory : - 25 °C.

Rádi bychom se zeptali, zda zadavatel tento parametr neúmyslně a omylem neuvedl špatně? Jestli zadavatel nemínil Minimální teplota kryokomory : - 35 °C?

Domníváme se, že zadavatel požaduje kryostat vyšší řady. Tyto kryostaty disponují právě vysavači na odpad a také vyšší teplotou kryokomory kolem - 35 °C. Proto se domníváme, že došlo k přepisu u tohoto parametru...

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že trvá na specifikaci uvedené v Příloze č. 1 (Technická specifikace) v oddíle „Celkové parametry“ pod položkou č. 7, tzn. na požadavku minimální teplota kryokomory: - 25 °C.

MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva