

Uveřejněno na profilu zadavatele: dne 17. 10. 2018

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (2)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Mamografický RTG přístroj s digitálním detektorem

Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Zastoupená: Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva
MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva
IČO: 260 95 157
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku „**Mamografický RTG přístroj s digitálním detektorem**“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 9. 10. 2018 do Věstníku veřejných zakázek, který byl dne 10. 10. 2018 pod evidenčním číslem Z2018-034657 uveřejněn. Zadávací podmínky zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html v souladu se zákonem.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění dotazu:

V příloze č. 1. **Technické požadavky zadavatele** – zadavatel požaduje:

Gantry

Rozsah motorizovaného otáčení min. $\approx 135^\circ$

Máme za to, že zde se jedná o chybné zadání, neboť rozsah motorické rotace se standardně udává jako schopnost otáčení ve stupních nejčastěji např. $\pm 135^\circ$. Takovéto zadání postrádá význam a dle našeho názoru se jedná o špatný přepis.

Dotaz: Může zadavatel upřesnit, zda si vykládáme, danou formulaci správně, když se domníváme, že se u motorické rotace jedná o formální chybu?

Akviziční stanice

Speciální režim zpracování obrazu pro snímky s implantáty.

Dotaz: Má zadavatel představu, funkce na speciální režim zpracování obrazu pro snímky s implantáty s možností zapnutí a vypnutí samostatně pro každý snímek?

Příslušenství

Kompresní lopatky anatomicky tvarované podle prsu pro základní screeningová vyšetření pro malá i velká prsa.

Dotaz: Může zadavatel upřesnit tvar a vlastnosti kompresních lopatek?

Odpověď zadavatele:

Gantry: ANO, vykládáte si danou formulaci správně, jedná se o chybný přepis, správně je $\pm 135^\circ$.

Akviziční stanice: ANO, máme na mysli funkci se speciálním režimem na zpracování obrazu pro snímky s implantáty s možností zapnutí a vypnutí samostatně pro každý snímek.

Příslušenství: Jedná se o čiré, průhledné plastové lopatky, kde má obsluha vizuální kontrolu nad komprimovaným prsem a tedy kontrolu nad vyšetřením. Jedná se o lopatky o velikosti 18x24 cm a 24x30 cm, jejich tvarový profil po celé ploše odpovídá anatomickému tvaru prsa.

.....
za správnost Jana Kobělušová v.r.
osoba pověřená k administrativním úkonům