

Specifikace předmětu plnění

Část 2 předmětu veřejné zakázky - Podložky pod pacienty

Předmět plnění, parametry požadované zadavatelem	Velikost	Druh	MJ
PODLOŽKY POD PACIENTY	vel. 40 x 60 cm	---	ks
	vel. 60 x 60 cm	---	ks
	vel. 60 x 90 cm	---	ks
	vel. 90 x 180 cm	---	ks
Absorpční jádro podložek tvořeno čistou celulózou a překryto jemnou netkanou textilií. Podložk			

Podmínka zadavatele:

Dodatetel v posledním sloupci této tabulky doplní dle požadavaku zadavatele uvedeného v čl. 10,

Poznámka zadavatele:

Definovaný požadavek na předmět plnění je souhrnným požadavkem za všechny účastníky sdružení. Plnění bude probíhat na základě samostatných objednávek, jak je obsaženo ve smlouvě.

Smlouva bude uzavřena na každého účastníka sdružení (nemocnici) samostatně.

ří (dodávky), technické parametry a nabídková cena (kalkula

Minimální savost (v ml, dle ISO)	odhadované množství na 4 roky	Cena za měrnou jednotku / Kč bez DPH	Sazba DPH
450	596 120		
1000	998 160		
1150	2 448 640		
1100	183 520		

a má provedení zajišťující stabilitu savého jádra v průběhu používání - savé jádro se nes

celková cena

0,00 Kč

odst. 13 sací schopnost (absorpční kapacitu) nabízených podložek, a to v ml.

ní (nemocnice).

ce)

Celková cena za předpokládané množství spotřeby za 4 roky plnění v Kč bez DPH	Sací schopnost (absorpční kapacita) v ml Skutečný parametr doplní dodavatel
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
mí v podložce pohybovat a	