

Uveřejněno na profilu zadavatele: dne 23. 10. 2018

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (3)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Mamografický RTG přístroj s digitálním detektorem

Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Zastoupená: Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva
MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva
IČO: 260 95 157
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku „**Mamografický RTG přístroj s digitálním detektorem**“, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 9. 10. 2018 do Věstníku veřejných zakázek, který byl dne 10. 10. 2018 pod evidenčním číslem Z2018-034657 uveřejněn. Zadávací podmínky zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html v souladu se zákonem.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá prostřednictvím pověřené osoby uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění dotazu:

V příloze č. 1 zadávacích podmínek Technické požadavky zadavatele je požadováno:

- Odstavec Rentgenka + kolimátor: Tepelná kapacita anody rentgenky min. 300 kHU.

Dotaz: Akceptuje zadavatel nabídku digitálního mamografického přístroje plně vyhovujícího legislativním požadavkům pro mamografický screening, když nabízíme přístroj s výkonným generátorem 5 kW a rentgenkou o tepelné kapacitě anody 162 kHU, ale s vynikajícími vlastnostmi odvodu tepla, přičemž tepelná kapacita celého krytu rentgenky je unikátních 2.43 MHU, z čehož vyplývá, že odvod tepla je nadstandardní a celý přístroj prokazatelně vyhovuje provozu s vysokým zatížením a vysokým průchodem pacientů bez přestávek?

Odpověď zadavatele:

300 kHU považujeme za standardní hodnotu pro námi zamýšlený RTG přístroj pro mamografický screening, zadavatel nebude proto akceptovat nižší hodnotu.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a současně i lhůtu pro otevírání obálek takto:

Původní termín pro doručení nabídek do 2. 11. 2018 do 10:30 hodin se ruší a nahrazuje novým termínem, a to **do 9. 11. 2018 do 14:00 hodin**. Původní termíny uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek zadavatel ruší a nahradil za nové, které budou uveřejněny neprodleně v souvisejícím opraveném formuláři.

.....
za správnost Jana Kobělušová v.r.
osoba pověřená k administrativním úkonům