

Uveřejněno na profilu zadavatele: 1. 11. 2018
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_201.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – 1

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dodávky inkontinenčních pomůcek pro dospělé pacienty pro jihočeské nemocnice

Centrální zadavatel: Jihočeské nemocnice, a.s.
Zastoupený: MUDr. Zuzanou Roithovou, předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/84, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 260 93 804

Shora uvedený centrální zadavatel (dále jen „zadavatel“) vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na **Dodávky inkontinenčních pomůcek pro dospělé pacienty pro jihočeské nemocnice**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské Unie, který byl dne 19. 10. 2018 uveřejněn pod evidenčním číslem Z2018-035756. Zadávací podmínky zadavatel zveřejnil v tento den na profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel centrální zadavatel od jednoho z dodavatelů elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Dotaz

Prosíme o upřesnění, jakou savost je třeba doložit. V článku 10, odst. 12 požadujete uvedení savosti metodou ABL, kterou u svých výrobků nepoužívá oficiálně ani jeden výrobce inkontinenčních pomůcek v ČR. Standardně se používá savost dle ISO 11948-1.

Odpověď zadavatele:

Centrální zadavatel nově požaduje, aby účastníci zadávacího řízení uvedli ve své nabídce oba typy savostí (ISO 11948-1 i ABL), přičemž ABL savost (absorbce před protečením) považuje centrální zadavatel za standardní požadavek při posouzení kvality výrobku. Renomovaní výrobci těmito certifikáty disponují.

Minimální požadavky na hodnotu ISO savosti a ABL savosti u jednotlivých inkontinenčních pomůcek pro dospělé pacienty (ČÁST 1) jsou specifikovány v upravené technické specifikaci, kterou centrální zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení.

V návaznosti na úpravu technické specifikace požaduje centrální zadavatel, aby účastníci zadávacího řízení ve své elektronické nabídce prokázali savost dle ISO 11948-1 a ABL savost certifikáty z nezávislé zkušebny.

S ohledem na provedenou úpravu obsahu zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona lhůtu pro podání elektronických nabídek.

Dodavatelé předloží svou nabídku nejpozději do konce lhůty uvedené v opravném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, resp. v Úředním věstníku Evropské unie.

Původní lhůta pro podání elektronických nabídek do 26. 11. 2018 do 9:00 hodin a současně lhůta pro otevírání obálek se ruší a nahrazuje novou lhůtou pro doručení nabídek, a **to do 12. 12. 2018 do 9:00 hodin.**

.....
za správnost Petr Hnízda