

Uveřejněno na profilu zadavatele: 8. 11. 2018
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_201.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – 3

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dodávky dezinfekce pro jihočeské nemocnice

Centrální zadavatel: Jihočeské nemocnice, a.s.
Zastoupený: MUDr. Zuzanou Roithovou, předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
Sídlo: B. Němcové 585/84, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 260 93 804

Shora uvedený centrální zadavatel (dále jen „zadavatel“) vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na **Dodávky dezinfekce pro jihočeské nemocnice**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské Unie, který byl dne 19. 10. 2018 uveřejněn pod evidenčním číslem Z2018-035760. Zadávací podmínky zadavatel zveřejnil v tento den na profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel centrální zadavatel od jednoho z dodavatelů elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje pro jednotlivé účinnosti A(V) VTM pro nástroje a pomůcky výsledky testů pouze Fáze2/Stupeň 2. Je si zadavatel vědom toho, že tento požadavek není v souladu s požadovanou normou EN 14485? Dle platné normy jsou požadovány výsledky testů Fáze2/Stupeň1 společně s výsledky testů F2/Stupeň2, přičemž uchazeč je povinen nabídnout „horší“ koncentraci. Výsledky F2/S1 a F2/S2 nelze rozdělovat. Může zadavatel opravit zadání tak, aby bylo v souladu s požadovanou normou?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje testování v souladu s ČSN EN 14885, jak sám tazatel uvádí. Obsahem této normy je, že „je obecně potřebná kombinace zkoušek fáze2/stupeň1 a fáze2/stupeň2“. Zadavatel předpokládá znalost souhrnné normy ČSN EN 14885 od uchazečů. Požadavek tazatele je tedy obsahem zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

V bodě 2.6 požaduje zadavatel přípravek k použití před zaváděním cévek. Požaduje zadavatel v tomto bodě přípravek s registrací léčiva? Pokud ne, je si zadavatel vědom toho, že dle platné legislativy nelze použít na sliznice (které jsou během cévkování dezinfikovány) přípravek, který je registrován jako Biocid?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje v případě produktu 2.6. přípravek registrovaný jako biocid k profylaktickému použití do dutiny ústní, hltanu a okolní pokožku pohlavních orgánů, jejich dezinfekci a před zaváděním cévek – tento požadavek se stále týká pouze pokožky, nikoliv sliznic.

Dotaz č. 3:

Ve skupině č. 3 Dezinfekční přípravky na nástroje požaduje zadavatel přípravky vhodné k dekontaminaci flexibilních endoskopů značky Olympus a Storz. Jakým způsobem bude zadavatel požadovat prokázání vhodnosti přípravků? Bude dostačující doložení materiálové kompatibility?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje doložení kompatibility čestným prohlášením výrobce (postačuje lokálního zástupce).

.....

za správnost Petr Hnízda