

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
dle ustanovení čl. 13 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: „Urologický ultrazvuk“
Veřejná zakázka malého rozsahu
Dodávky

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ699005400
Profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_208.html

Zadavatel dne 20. 11. 2023 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, na jejíž základě poskytuje v zadávací lhůtě toto vysvětlení č. 1.

Žádost o vysvětlení č. 1

DOTAZ:

Zadavatel uvádí v požadavcích pro lineární sondu frekvenci 20 MHz. Vzhledem k požadovanému použití pro urologické aplikace nemá taková frekvence racionální diagnostické využití, neumožňuje například zobrazit celé varle. Navíc je penetrace ultrazvuku na frekvenci 20 MHz již nedostatečná. Pro vyšetření šourku, varlete, penisu, močové trubice i cévní aplikace v této oblasti doporučujeme jako tradiční dodavatel a specialista pro urologii sondu s frekvenčním rozhraním 3 - 14 MHz, optimalizovanou pro urologické aplikace včetně specializovaných presetů a měření. Bude zadavatel akceptovat řešení lineární sondy specializované pro „small parts“ v urologii s frekvenčním rozhraním 3 - 14 MHz?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel sděluje, že při tvorbě technické specifikace došlo k administrativní chybě a že požaduje lineární sondu s frekvenčním rozsahem 3-14 MHz s tím, že frekvenční rozsah je orientační a může se lišit +/- 1,5 MHz.

Zadavatel nově přikládá opravenou přílohu č. 1 ZD – Technická specifikace.

S ohledem na obsah výše uvedených dotazů a odpovědí zadavatel přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, že nový termín pro podání nabídek je stanoven ke dni 1.12.2023 do 10:00 hod.

V Táboře dne 20. 11. 2023
