

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3**

**ze dne 08. 12. 2023**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

#### **„DODÁVKA CENTRÁLNÍCH ŽILNÍCH KATÉTRŮ PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE“**

##### **část 1: Centrální žilní katetry pro dospělé**

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**  
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice  
Zastoupení: Mgr. Petr Studenovský, předseda představenstva  
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva  
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2023-051971, které bylo dne 13. 11. 2023 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

#### **Dotaz č. 1:**

V zadávacích podmínkách v „Požadované technické parametry na předmět plnění“ je požadováno „katétr musí mít na každém lumenu svorku“

Naše katetry mají tuto funkcionalitu integrovanou. Hemostatické ventily zajišťují automatické uzavření linek, takže během katetrizace není nutno katétr zasvorkovat. Tento postup je bezpečný a dá se doložit i v IFU. Bude zadavatel toto řešení akceptovat?

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:**

Zadavatel nemá zkušenosti s hemostatickými ventily, proto bude jejich funkčnost posuzovat až na základě předložených vzorků a následně určí, zda toto řešení bude akceptovat či nikoliv.

#### **Dotaz č. 2:**

V zadávacích podmínkách „Součástí pro zavedení katétru musí být“ je požadováno „kabel pro kontrolu zavedení CVC pomocí EKG“. Bude zadavatel akceptovat EKG kabel separátně? Náš výrobce aktuálně neumožňuje EKG kabel jako součást balíčku, ale můžeme zajistit externího výrobce.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:**

Zadavatel bude akceptovat dodávky EKG kabelů samostatně a sterilně balený, ale zadavatel žádá o uvedení ceny za jeden katétr včetně EKG kabelu, aby měl zadavatel porovnatelné nabídky.

V Českých Budějovicích dne 08. 12. 2023

Ing. Michaela Michalcová  
Oddělení veřejných zakázek