



**jihočeské
nemocnice**

Jihočeské nemocnice, a. s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

www.jihnem.cz
Tel.: 387 872 981

IČ: 26093804
DIČ: CZ699005400

Textová část zadávací dokumentace

Název

**DODÁVKA CENTRÁLNÍCH ŽILNÍCH KATÉTRŮ PRO JIHOČESKÉ
NEMOCNICE**

Centrální zadavatel

Jihočeské nemocnice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek

Z2023-051971

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“)

OBSAH

1.	Základní informace o veřejné zakázce.....	3
2.	Informace o lhůtách a místu podání nabídek.....	3
3.	Kontaktní osoba zadávacího řízení	3
4.	Předmět veřejné zakázky.....	4
4.1.	Předmět veřejné zakázky	4
4.2.	Místo plnění	7
4.3.	Doba plnění.....	8
4.4.	Zadávací dokumentace	8
4.5.	Vyhrazené změny závazku	8
5.	Klasifikace dle CPV a předpokládaná hodnota	9
5.1.	CPV	9
5.2.	Předpokládaná hodnota	9
6.	Prokázání splnění kvalifikace	9
6.1.	Základní způsobilost.....	9
6.2.	Profesní způsobilost.....	10
6.3.	Technická kvalifikace.....	10
6.4.	Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.....	12
7.	Obchodní a platební podmínky	12
8.	Zpracování nabídkové ceny	12
9.	Hodnoticí kritéria.....	13
10.	Další požadavky zadavatele	13
10.1.	Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy	13
10.2.	Seznam poddodavatelů	13
10.3.	Požadavek na předložení informačního letáku a technického listu	13
10.4.	Pojištění	14
10.5.	ostatní doklady	14
11.	Požadavky na zpracování nabídky	14
11.1.	Obecné požadavky	14
11.2.	Struktura nabídky	15
12.	Lhůty, otevírání nabídek, prohlídka místa plnění	15
13.	Další informace a výhrady	15
14.	Poskytnutí zadávací dokumentace	17

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	DODÁVKA CENTRÁLNÍCH ŽILNÍCH KATÉTRŮ PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Jihočeské nemocnice, a.s.
Sídlo zadavatele:	B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČO zadavatele:	26093804
Zastoupen:	Mgr. Petr Studenovský, předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
Adresa profilu zadavatele:	Dokumenty k předmětné veřejné zakázce budou uveřejňovány na profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_201.html

2. INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ NABÍDEK

Místo pro podání nabídek:	https://ezak.jihnem.cz/profile_display_201.html
Zahájení zadávacího řízení:	13.11.2023
Lhůta pro podání nabídek:	27.12.2023 v 10:00 hodin
Další informace lze získat:	U kontaktní osoby zadávacího řízení

3. KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Michalcová
Telefon:	+420 387 872 240
E-mail:	verejnezakazky@jihnem.cz

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 4.1.1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na průběžné opakované dodávky centrálních žilních katétrů.
- 4.1.2. Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků Zadavatele týkajících se poptávaného plnění, resp. způsobu zpracování nabídky, nikoliv však konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních předpisů. Dodavatel je tak povinen řídit se při zpracování své nabídky vždy nejen požadavky obsaženými v této zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.
- 4.1.3. Množství předmětu plnění uvedené v Příloze č. 2 je pouze orientační množství, které zadavatel předpokládá (určené na základě spotřeby za předchozí období) odebrat na základě rámcové kupní smlouvy. Pokud nebude objednávka některou z nemocnic vystavena, nemůže se vybraný dodavatel domáhat plnění z uzavřené smlouvy.
- 4.1.4. Zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 4 části:
- část 1: Centrální žilní katétry pro dospělé
 - část 2: Centrální žilní katétry pro dospělé s ventilovou jehlou
 - část 3: Centrální žilní katétry pro dospělé s antimikrobiální ochranou
 - část 4: Centrální žilní katétry pro dospělé s antimikrobiální ochranou a ventilovou jehlou
- 4.1.5. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na libovolný počet částí předmětu veřejné zakázky, tzn. na jednu nebo všechny části předmětu veřejné zakázky. S ohledem na tuto skutečnost platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. V případě, že se dodavatel rozhodne předložit svou nabídku na více částí předmětu veřejné zakázky, platí, že musí předložit návrh rámcové kupní smlouvy samostatně na každou část předmětu veřejné zakázky.
- 4.1.6. Požadované technické parametry na předmět plnění:
- část 1: Centrální žilní katétry pro dospělé**
- katétr musí být polyuretanový s měkčeným atraumatickým koncem
 - katétr musí být zaváděn Seldingerovou metodou
 - katétr i zaváděcí drát musí mít na svém povrchu značky, které umožňují posouzení hloubky jejich zavedení
 - katétr musí být RTG kontrastní
 - jednotlivé koncovky katétru jsou barevně odlišené
 - katétr musí mít na každém lumenu svorku
 - zaváděcí drát musí být uložený v podavači, a tudíž ho lze obsluhovat jednou rukou
 - zaváděcí drát musí splňovat normu ČSN EN ISO 11070, materiál nitinol nebo ocel, vysoce odolný proti zalomení
 - katétr musí splňovat všechny požadavky pro provedení bezpečného lékařského zákroku
 - vícelumenný katétr musí mít centrální a boční otvory na distálním konci katétru

Součástí pro zavedení katétru musí být:

- bezpečnostní spojka nebo bezjehlový uzávěr (kromě jednocestného katétru)
- zaváděcí drát s jedním flexibilním koncem „J“ a druhým přímým koncem
- fixace katétru (fixační křídélko), pro délky 20 a 30 cm pohyblivá
- kovová punkční jehla
- injekční stříkačka 5 ml
- pružný ne příliš měkký dilatátor s atraumatickým koncem
- set musí být sterilní, určený k jednorázovému použití
- kabel pro kontrolu zavedení CVC pomocí EKG

část 2: Centrální žilní katétry pro dospělé s ventilovou jehlou

- katétr musí být polyuretanový s měkčeným atraumatickým koncem
- katétr musí být zaváděn Seldingerovou metodou pomocí ventilové jehly
- zavedení zaváděcího drátu musí být možné provést bez nutnosti rozpojit jehlu a stříkačku
- katétr i zaváděcí drát musí mít na svém povrchu značky, které umožňují posouzení hloubky jejich zavedení
- katétr musí být RTG kontrastní
- jednotlivé koncovky katétru jsou barevně odlišené
- katétr musí mít na každém lumenu svorku
- zaváděcí drát musí být uložený v podavači, a tudíž ho lze obsluhovat jednou rukou
- zaváděcí drát musí splňovat normu ČSN EN ISO 11070, materiál nitinol nebo ocel, vysoce odolný proti zalomení
- katétr musí splňovat všechny požadavky pro provedení bezpečného lékařského zákroku
- vícelumenný katétr musí mít centrální a boční otvory na distálním konci katétru

Součástí pro zavedení katétru musí být:

- bezpečnostní spojka nebo bezjehlový uzávěr (kromě jednocestného katétru)
- zaváděcí drát s jedním flexibilním koncem „J“ a druhým přímým koncem
- fixace katétru (fixační křídélko), pro délky 20 a 30 cm pohyblivá
- kovová punkční jehla
- injekční stříkačka 5 ml
- pružný ne příliš měkký dilatátor s atraumatickým koncem
- set musí být sterilní, určený k jednorázovému použití
- kabel pro kontrolu zavedení CVC pomocí EKG

část 3: Centrální žilní katétry pro dospělé s antimikrobiální ochranou

- katétr musí být polyuretanový s měkčeným atraumatickým koncem
- katétr musí být zaváděn Seldingerovou metodou
- zavedení zaváděcího drátu musí být možné provést bez nutnosti rozpojit jehlu a stříkačku
- katétr i zaváděcí drát musí mít na svém povrchu značky, které umožňují posouzení hloubky jejich zavedení
- katétr musí být RTG kontrastní

- jednotlivé koncovky katétru jsou barevně odlišené
- katétr musí mít na každém lumenu svorku
- zaváděcí drát musí být uložený v podavači, a tudíž ho lze obsluhovat jednou rukou
- zaváděcí drát musí splňovat normu ČSN EN ISO 11070, **materiál nitinol nebo ocel**, vysoce odolný proti zalomení
- katétr musí splňovat všechny požadavky pro provedení bezpečného lékařského zákroku
- vícelumenný katétr musí mít centrální a boční otvory na distálním konci katétru

Součásti pro zavedení katétru musí být:

- bezpečnostní spojka nebo bezjehlový uzávěr (kromě jednocestného katétru)
- zaváděcí drát s jedním flexibilním koncem „J“ a druhým přímým koncem
- fixace katétru (fixační křídélko), pro délky 20 a 30 cm pohyblivá
- kovová punkční jehla
- injekční stříkačka 5 ml
- pružný, ne příliš měkký dilatátor s atraumatickým koncem
- antimikrobiální úprava katétru musí být na vnitřním i vnějším povrchu (vnitřní část katétru od hrotu až ke kónusu a vnější část katétru od hrotu k rozbočovači) – **neplatí u katétru CV 1 lumeny 5 Fr x 20/30 cm**
- set musí být sterilní, určený k jednorázovému použití
- kabel pro kontrolu zavedení CVC pomocí EKG

Část 4: Centrální žilní katétr pro dospělé s antimikrobiální ochranou a ventilovou jehlou

- katétr musí být polyuretanový s měkčeným atraumatickým koncem
- katétr musí být zaváděn Seldingerovou metodou pomocí ventilové jehly
- zavedení zaváděcího drátu musí být možné provést bez nutnosti rozpojit jehlu a stříkačku
- katétr i zaváděcí drát musí mít na svém povrchu značky, které umožňují posouzení hloubky jejich zavedení
- katétr musí být RTG kontrastní
- jednotlivé koncovky katétru jsou barevně odlišené
- katétr musí mít na každém lumenu svorku
- zaváděcí drát musí být uložený v podavači, a tudíž ho lze obsluhovat jednou rukou
- zaváděcí drát musí splňovat normu ČSN EN ISO 11070, **materiál nitinol nebo ocel**, vysoce odolný proti zalomení
- katétr musí splňovat všechny požadavky pro provedení bezpečného lékařského zákroku
- vícelumenný katétr musí mít centrální a boční otvory na distálním konci katétru

Součásti pro zavedení katétru musí být:

- bezpečnostní spojka nebo bezjehlový uzávěr (kromě jednocestného katétru)
- zaváděcí drát s jedním flexibilním koncem „J“ a druhým přímým koncem
- fixace katétru (fixační křídélka), pro délky 20 a 30 cm pohyblivá
- kovová punkční jehla
- injekční stříkačka 5 ml
- pružný, ne příliš měkký dilatátor s atraumatickým koncem

- antimikrobiální úprava katétru musí být na vnitřním i vnějším povrchu (vnitřní část katétru od hrotu až ke kónusu a vnější část katétru od hrotu k rozbočovači) z povrchu se nesmí uvolňovat žádné aktivní látky
- set musí být sterilní, určený k jednorázovému použití
- kabel pro kontrolu zavedení CVC pomocí EKG

V případě pochybností se splněním technických parametrů si zadavatel v souladu s ust. § 46 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi předložení prohlášení výrobce, že nabízené řešení splňuje požadované technické parametry, a zároveň požadovat buď předložení funkčního vzorku nabízeného zboží s požadovanými parametry v sídle zadavatele, nebo prezentaci funkčnosti zboží s požadovanými parametry na klinickém pracovišti, vše nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení požadavku účastníkovi přes profil zadavatele E-ZAK. **Nesplnění tohoto požadavku znamená nesplnění technických podmínek zakázky a v z toho plynoucí možnost vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek v souladu s ust. § 48 odst. 2 ZZVZ.**

- 4.1.7. Zadavatel reflektoval při zpracování zadávacích podmínek zásady uvedené v § 6 zákona a tyto uplatňuje v rámci zadávacího řízení zejména prostřednictvím níže uvedených institutů.
- 4.1.8. Zásada sociálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna zejména tím, že zadavatel klade důraz na důstojné pracovní podmínky a odpovídající ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na plnění předmětu veřejné zakázky a na bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci předmětu veřejné zakázky.
- 4.1.9. Zásada environmentálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna zejména tím, že zadavatel klade důraz na nakládání s odpadem vzniklým při realizaci veřejné zakázky dle zákona o odpadech.

4.2. MÍSTO PLNĚNÍ

Plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat na základě dílčích samostatných objednávek podle aktuálních potřeb jednotlivých nemocnic jihočeského kraje.

Zboží bude dodáváno na jednotlivá oddělení nemocnic:

Nemocnice České Budějovice, a.s.,

České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01, IČO 260 68 877;

Nemocnice Český Krumlov, a.s.,

Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, IČO 260 95 149;

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,

Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38, IČO 260 95 157;

Nemocnice Písek, a.s.,

Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO 260 95 190;

Nemocnice Prachatice, a.s.,

Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20, IČO 260 95 165;

Nemocnice Strakonice, a.s.,

Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29, IČO 260 95 181;

Nemocnice Tábor, a.s.,

Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03, IČO 260 95 203;

4.3. DOBA PLNĚNÍ

Plnění této VZ bude zahájeno bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení.

Rámcová kupní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na **48 měsíců**. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem samostatně s každou nemocnicí jihočeského kraje.

4.4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Tato zadávací dokumentace v souladu se ZZVZ vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadávací dokumentace je pro účastníky zadávacího řízení závazná. Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy uvedené v této zadávací dokumentaci.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných vysvětlení k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že účastník řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si důkladně prostudovali zadávací podmínky a jakékoliv nejasnosti, připomínky či dotazy, které jim v souvislosti se zadávacími podmínkami vyvstanou, si vyjasnili v průběhu lhůty pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o vysvětlení podané v souladu s § 98 ZZVZ a touto zadávací dokumentací.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v podané nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka bude považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky účastníka a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení.

4.5. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu trvání smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky, jestliže dojde k odstoupení zadavatele od takové smlouvy pro podstatné porušení smlouvy dodavatelem. Zadavatel je v takovém případě oprávněn obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na jiného účastníka.

Tímto účastníkem bude dodavatel, který nebyl ze zadávacího řízení vyloučen, splnil veškeré požadavky stanovené zadavatelem a v hodnocení nabídek veřejné zakázky se umístil v pořadí bezprostředně za vybraným dodavatelem. V takovém případě je účastník povinen zadavateli doložit ve lhůtě 15 kalendářních dní od doručení žádosti

o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že účastník stále splňuje zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu zakázky. Pokud tento dodavatel odmítne uzavřít smlouvu nebo neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů či další podmínky pro plnění předmětu zakázky, a to v rozsahu a způsobem stanoveným touto zadávací dokumentací a ve stanovené lhůtě, vyzve zadavatel k uzavření smlouvy účastníka, který se v hodnocení nabídek umístil jako další v pořadí. Tento postup může zadavatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do oslovení posledního účastníka, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Smlouva s tímto účastníkem pak bude uzavřena za podmínek, které nabídnul ve své nabídce podané v původním zadávacím řízení.

5. KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

5.1. CPV

Kód CPV

33141200-2 Katétr

5.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na předmět plnění za dobu **48 měsíců** činí za všechny položky včetně všech souvisejících nákladů: **14 017 560,- Kč bez DPH.**

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH pro jednotlivé části veřejné zakázky je:

část 1: Centrální žilní katétry pro dospělé **1 460 560,- Kč bez DPH**

část 2: Centrální žilní katétry pro dospělé s ventilovou jehlou **2 190 840,- Kč bez DPH**

část 3: Centrální žilní katétry pro dospělé s antimikrobiální ochranou **4 607 180,- Kč bez DPH**

část 4: Centrální žilní katétry pro dospělé s antimikrobiální ochranou a ventilovou jehlou **5 758 980,- Kč bez DPH**

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH je zároveň cenou maximálně přípustnou a nepřekročitelnou. Překročení maximálně přípustné nabídkové ceny je důvodem k vyloučení nabídky účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

6. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

- 6.1.1. Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který nesplňuje podmínky stanovené citovaným zákonným ustanovením. Další podmínky vyplývají také z § 74 odst. 2 a 3 zákona.
- 6.1.2. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice v nabídce předložením dokladů stanovených v § 75 odst. 1 zákona.

6.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

- 6.2.1. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

6.3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

- 6.3.1. Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením popisu předmětu dodávek, včetně peněžního plnění, doby realizace, identifikace jednotlivých objednatelů, včetně kontaktu odpovědné osoby (tel., e-mail) a místem plnění. Ze seznamu významných dodávek musí být zjevné splnění všech podmínek tohoto kvalifikačního kritéria.

Zadavatel ke splnění kvalifikace požaduje, aby účastník prokázal formou čestného prohlášení realizaci minimálně **2 významné dodávky** dle uvedené požadované minimální úrovně.

Požadovaná minimální úroveň:

část 1: Centrální žilní katétry pro dospělé

Minimálně 2 uskutečněné dodávky, u nichž finanční objem dosáhl **300 000,- Kč bez DPH**, a to pro každou dodávku samostatně.

část 2: Centrální žilní katétry pro dospělé s ventilovou jehlou

Minimálně 2 uskutečněné dodávky, u nichž finanční objem dosáhl **500 000,- Kč bez DPH**, a to pro každou dodávku samostatně.

část 3: Centrální žilní katétry pro dospělé s antimikrobiální ochranou

Minimálně 2 uskutečněné dodávky, u nichž finanční objem dosáhl **800 000,- Kč bez DPH**, a to pro každou dodávku samostatně.

část 4: Centrální žilní katétry pro dospělé s antimikrobiální ochranou a ventilovou jehlou

Minimálně 2 uskutečněné dodávky, u nichž finanční objem dosáhl **1 000 000,- Kč bez DPH**, a to pro každou dodávku samostatně.

Předkládá-li dodavatel svou nabídku na více částí předmětu veřejné zakázky, je povinen prokázat kritéria technické kvalifikace na každou část samostatně. Uskutečněné dodávky se považují za splněné, pokud byly v průběhu uvedené doby dokončeny.

Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona

6.3.2. Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. k) zákona ve své nabídce předložili vzorky, popisy a technické listy výrobků určených k dodání. Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace, pokud součástí jeho nabídky bude níže požadované množství vzorků:

Druh vzorku a stanovené množství:

část 1: Centrální žilní katétry pro dospělé

Katétr CV 1 lumen 16 G x 20 cm	3 ks
Katétr CV 3 lumeny 7 Fr x 20/30 cm	3 ks
Katétr CV 4 lumeny 8/8,5 Fr x 20/30 cm	3 ks

část 2: Centrální žilní katétry pro dospělé s ventilovou jehlou

Katétr CV 1 lumen 16 G x 20 cm	3 ks
Katétr CV 3 lumeny 7 Fr x 20/30 cm	3 ks
Katétr CV 4 lumeny 8/8,5 Fr x 20/30 cm	3 ks

část 3: Centrální žilní katétry pro dospělé s antimikrobiální ochranou

Katétr CV 2 lumeny 7 Fr x 20/30 cm	3 ks
Katétr CV 3 lumeny 7 Fr x 20/30 cm	3 ks
Katétr CV 4 lumeny 8/8,5 Fr x 20/30cm	3 ks

část 4: Centrální žilní katétry pro dospělé s antimikrobiální ochranou a ventilovou jehlou

Katétr CV 2 lumeny 7 Fr x 20/30 cm	3 ks
Katétr CV 3 lumeny 7 Fr x 20/30 cm	3 ks
Katétr CV 4 lumeny 8/8,5 Fr x 20/30cm	3 ks

Jednotlivé vzorky budou označeny takto:

Název veřejné zakázky včetně části VZ– Název dodavatele – IČ: 000 00 000

Obsahuje tyto vzorky:

[popis vzorků]

Všechny vzorky budou doručeny na adresu zadavatele:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Michaela Michalcová

Oddělení veřejných zakázek

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba: Michaela Michalcová, tel.: 731 565 259

Vzorky budou předloženy zadavateli mimo jeho elektronickou nabídku, a to nejpozději do konce lhůty pro podání elektronických nabídek. Pokud nebudou vzorky v uvedené

lhůtě zadavateli fyzicky doručeny, bude v takovém případě zadavatel postupovat v souladu se zákonem.

- 6.3.3. V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání splnění kvalifikace kopie dokladů.
- 6.3.4. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
- 6.3.5. Zadavatel výslovně vylučuje v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona, aby účastník nahradil doklady o kvalifikaci čestným prohlášením v nabídce.
- 6.3.6. Dodavatel může požadované doklady nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

6.4. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ OSOBY

- 6.4.1. V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (např. poddodavatele) je dodavatel povinen doložit doklady dle § 83 zákona.
- 6.4.2. Dodavatel musí při společné účasti dodavatelů v řízení a při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob dbát povinností stanovených v § 82 a násl. ZZVZ.
- 6.4.3. Dle § 107 odst. 4 ZZVZ dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1.1. Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu kupní smlouvy obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění **[doplň účastník]**. Smlouvy budou podepsány elektronicky osobou oprávněnou zastupovat vybraného dodavatele. Nabídka, která bude obsahovat pozměněný obsah smlouvy mimo místa určená k vyplnění, může být ze zadávacího řízení vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

8. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 8.1.1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pro veřejnou zakázku absolutní částkou v Kč bez DPH.
- 8.1.2. Dodavatel je povinen vyplnit nabídkovou cenu za 1 ks bez DPH. Do Přílohy č. 2 Specifikace – ceník vyplní pouze **barevně označené pole**. Tato Příloha č. 2 bude přiložena k nabídce také ve formátu kompatibilním s xls (xlsx).
- 8.1.3. Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami v závazném návrhu kupní smlouvy, který bude součástí nabídky.
- 8.1.4. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.

- 8.1.5. Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH je zároveň cenou maximálně přípustnou a nepřekročitelnou. Překročení maximálně přípustné nabídkové ceny je důvodem k vyloučení nabídky účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
- 8.1.6. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému provedení zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen po celou dobu plnění veřejné zakázky, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám po celou dobu plnění veřejné zakázky.

9. HODNOTICÍ KRITÉRIA

- 9.1.1. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 zákona, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základně **nejnižší nabídkové ceny**.
- 9.1.2. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč bez DPH. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH od nejnižší až po nejvyšší hodnotu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
- 9.1.3. Dodavatelé předloží ve svých nabídkách následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle výše uvedeného kritéria
- dodavatelem vyplněné údaje v návrhu kupní smlouvy a v soupisu dodávek, které musí korespondovat.
- 9.1.4. V případě stejné výše nabídkové ceny u více účastníků rozhodne o nejvhodnější nabídce pořadí podání nabídek zadavateli. To znamená, pokud podají dva a více účastníci nabídku se stejnou nabídkovou cenou, bude jako nejvhodnější nabídka stanovena ta, která byla doručena na profil zadavatele dříve.

10. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

10.1. DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ OSOBY, KTERÁ PODEPSALA NÁVRH SMLOUVY

- 10.1.1. Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh kupní smlouvy, zastupovat účastníka (např. výpis z obchodního rejstříku nebo plná moc).

10.2. SEZNAM PODDODAVATELŮ

- 10.2.1. Účastník je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů. Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatele). Dodavatel může využít vzor seznamu poddodavatelů z Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

10.3. POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ INFORMAČNÍHO LETÁKU A TECHNICKÉHO LISTU

- 10.3.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil produktový list (technický list) nebo obdobný dokument, z něhož budou patrné základní technické parametry nabídnutých zdravotnických prostředků.

10.3.2. Dále zadavatel požaduje, aby účastník předložil originál návodu k použití k nabízenému plnění a jeho český překlad (českou verzi návodu k použití splňující veškeré legislativní požadavky), pokud originální návod český jazyk nezahrnuje.

10.4. POJIŠTĚNÍ

10.4.1. Ve smyslu § 104 písm. a) zákona předloží vybraný dodavatel doklad o pojištění před podpisem kupní smlouvy, a to při poskytování součinnosti ve smyslu ust. § 122 odst. 3 písm. b) zákona. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy. Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu je uvedena v bodu 12 rámcové kupní smlouvy.

10.5. OSTATNÍ DOKLADY

10.5.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil certifikát shody nabídnutých zdravotnických prostředků vydaných oznámeným subjektem v souladu s nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (dále jen „MDR“) nebo směrnicí (EU) 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „MDD“), popř. též doklad o tom, že došlo k prodloužení platnosti nebo obnovení platnosti certifikátu vydaného v souladu s MDD, pokud již platnost takového certifikátu vypršela (prosté kopie včetně překladu do českého jazyka, pokud originály nejsou v českém jazyce).

10.5.2. Dále zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklad o registraci osoby (výpis z Registru zdravotnických prostředků) a doklady nabídnutých zdravotnických prostředků (výpis zdravotnického prostředku z Registru zdravotnických prostředků).

10.5.3. Ve smyslu § 104 písm. a) zákona předloží vybraný dodavatel vyplněné doklady zaslané zadavatelem, jedná se o informace o zboží, ve kterých uvede údaje potřebné pro zavedení položek do objednávkového systému zadavatele.

11. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

11.1. OBECNÉ POŽADAVKY

11.1.1. Nabídka a ostatní písemnosti se předkládají v českém jazyce. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

11.1.2. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

11.1.3. Nabídka bude předložena písemně, v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, v českém jazyce.

11.1.4. Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v Příloze č. 3 Krycí list dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby účastníka mohou být zadavatelem doručovány dokumenty a písemnosti v zadávacím řízení. Zpráva se považuje za doručenu okamžikem přijetí zprávy poštovním serverem příjemce zprávy.

- 11.1.5. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili v nabídce **Čestné prohlášení o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií** v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, že nejsou dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576. Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 5 této ZD.
- 11.1.6. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili v nabídce **Čestné prohlášení ke střetu zájmů** ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.
- 11.1.7. Místem pro podání nabídek je: https://ezak.ijhnm.cz/profile_display_201.html
- 11.1.8. Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK webová stránka <https://ezak.ijhnm.cz/>.
- 11.1.9. Za čas podání nabídky odpovídá účastník.
- 11.1.10. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují za nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

11.2. STRUKTURA NABÍDKY

- 11.2.1. Zadavatel doporučuje účastníkům strukturovat nabídku následujícím způsobem:
- Krycí list nabídky
 - Obsah nabídky
 - Doklady k prokázání splnění kvalifikace
 - Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat účastníka
 - Kupní smlouva včetně příloh
 - Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna subdodavatelsky
 - Případné další dokumenty

12. LHŮTY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

- 12.1.1. Lhůta pro podání nabídek končí **dne 27.12.2023 v 10:00 hodin**.
- 12.1.2. Otevírání nabídek s ohledem na elektronické podání proběhne neveřejně.
- 12.1.3. Zadávací lhůta trvá 3 měsíce. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.
- 12.1.4. S ohledem na charakter plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel nepořádá prohlídku místa plnění.

13. DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY

- 13.1.1. Zjistí-li zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek, že se objevily objektivní důvody vedoucí ke změně zadávacích podmínek (vysvětlení zadávací dokumentace, autoremedura), zadavatel si vyhrazuje právo přijmout opatření k nápravě a zadávací podmínky změnit a současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídky

s ohledem na rozsah a závažnost změny, vyžaduje-li to charakter vysvětlení zadávací dokumentace.

- 13.1.2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného.
- 13.1.3. Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).
- 13.1.4. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli v souladu s § 98 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále je „žádost o vysvětlení“) musí být zadavateli doručena v souladu se ZZVZ. Kontaktní osoba zadavatele pro evidenci a vyřízení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (pokud nebude využit profil zadavatele): Michaela Michalcová, kontaktní e-mail: verejnezakazky@jihnem.cz.
- 13.1.5. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek budou uveřejňovány na profilu zadavatele;

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby profil zadavatele ve svém vlastním zájmu sledovali.

- 13.1.6. V případě, že dodavatel nezašle žádost o vysvětlení v zákonné lhůtě, zadavatel si vyhrazuje právo předmětnou žádost o vysvětlení nevyřídit.
- 13.1.7. Vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněny stejným způsobem, jakým uveřejnil zadavatel textovou část zadávací dokumentace na profilu zadavatele:
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_201.html
- 13.1.8. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, kteří jsou akciovou společností nebo mají právní formu obdobnou akciové společnosti na nutnost mít vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel ověří dle § 48 odst. 9 zákona u vybraného dodavatele naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona (tj. nevydání výlučně zaknihovaných akcií) na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Tato ustanovení se nepoužijí pouze pro takového účastníka, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.
- 13.1.9. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky v nabídkách. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze zadávacího řízení v případě, že účastník uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
- 13.1.10. Zadavatel v pozici správce osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob informuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) dodavatele účastníci se předmětného zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace předmětného zadávacího řízení.

Zadavatel může v rámci předmětného zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů, členů statuárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a poddodavatelů a osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazováno splnění požadované kvalifikace, osob sestavující nabídku a skutečných majitelů dodavatele.

Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci předmětného zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy vztahujícími se k uvedenému řízení a zákonu o zadávání veřejných zakázek.

14. POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

14.1.1. Zadávací dokumentace má následující přílohy:

Příloha č. 1 Kupní smlouva

Příloha č. 2 Specifikace – ceník

Příloha č. 3 Krycí list

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 Čestné prohlášení_sankce

Příloha č. 6 Čestné prohlášení_střet zájmů

V Českých Budějovicích dne: 13.11.2023

Ing. Michaela Michalcová
oddělení veřejných zakázek