

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (2)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.

ČÁST TECHNOLOGIE

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: recte consulting s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 072 54 644
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Romanem Čerklem, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“), když byla veřejná zakázka rozdělena na dvě části, a to část 1 – Stavba a část 2 – Technologie. Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 11. 2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-053765. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **k části 2 předmětu veřejné zakázky – Technologie**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 1:

V dokumentu Technická specifikace MR1.5T Prachatice v části Další požadované MR příslušenství Zadavatel požaduje dodávku MRI kompatibilního monitoru vitálních funkcí. Rádi bychom se ujistili, že tomuto požadavku rozumíme správně a Zadavatel požaduje dodávku zařízení s těmito standardně monitorovanými parametry - EKG, SpO2, NIBP, EtCO2?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Položka MRI kompatibilního monitoru vitálních funkcí - vyžadujeme standardně monitorované základní parametry:

- 1) EKG
- 2) Neinvazivní monitorace saturace SpO2 se zobrazením křivky saturace v čase
- 3) Neinvazivní monitor krevního tlaku
- 4) Neinvazivní monitorace CO2

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 2:

Excelový soubor s názvem Rekapitulace slepá obj MR a TLG nem. Prachatice 9.8.. 2023

Dle Pokynů k vyplnění se mohou měnit (vyplňovat) pouze buňky s modrým pozadím. V listu Stavba MR objekt jsou takto modře označeny jen buňky týkající se identifikace Zhotovitele. Odkazy ve sloupci Celkem v části Rekapitulace vedou do neoznačených sloupců, není jasné, kam se mají ceny vpisovat –

objekt MR – levý sloupec? stavební práce a dodávky (technologie) – není žádný odkaz na buňku, přístroj MR pravý sloupec?

Prosíme o jasné označení buněk pro vyplnění v souladu s pokyny pro vyplnění tohoto souboru.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Objekt MR				
	Stavební práce a dodávky (technologie)				=SUM(G49:H50)
	Přístroj MR				SUM(number1;[number2])
					0,00
	Cena celkem				0,00

Pokyny pro vyplnění Stavba MR objekt

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Objekt MR				
	Stavební práce a dodávky (technologie)				0,00
	Přístroj MR				=H52
	Cena celkem				0,00

Pokyny pro vyplnění Stavba MR objekt

Cena celkem včetně DPH (buňka G28) – není vložen žádný součtový vzorec.

Prosíme o jasné označení / zavzorcování, co má být sečteno.

Rozpis ceny		Celkem
CELKOVÁ CENA		0,00 Kč
Celkem		0,00 Kč
Rekapitulace daní		
Základní DPH	21 %	0,00 Kč
Zaokrouhlení		
Cena celkem včetně DPH		

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel uveřejnil aktuální rekapitulaci. Viz. příloha dodatečných informací.

V Ostravě dne: 13. 12. 2023

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele