

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (4)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.

ČÁST TECHNOLOGIE

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO: 260 95 165
profil zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_206.html

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: recte consulting s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 072 54 644
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 zastoupená Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Romanem Čerklem, členem představenstva (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Přístavba magnetické rezonance k urgentnímu příjmu Nemocnice Prachatice a.s.** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“), když byla veřejná zakázka rozdělena na dvě části, a to část 1 – Stavba a část 2 – Technologie. Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení nadlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 11. 2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-053765. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky **k části 2 předmětu veřejné zakázky – Technologie**, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 1:

Z odpovědi na dotaz č. 1 uvedené ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 ze dne 18.12.2023 vyplývá, že součástí plnění části 2 – TECHNOLOGIE je realizace MaR (měření a regulace), nikoli však další činnosti uvedené v položkovém rozpočtu „Rozpočet slepý technologie přístavba MR 29. 11. 2023“ (tzn. Chlazení, Montáž VZT, Montáž EPS, Lékařská technologie, Vedlejší náklady).

Dotaz: Mohl by zadavatel pro vyloučení všech pochybností potvrdit, že dodavatel nacení a bude realizovat pouze položku M23 Měření a regulace v listu SO 03 Technologie položky tabulky „Rozpočet slepý technologie přístavba MR 29. 11. 2023“?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Součástí dodávky technologie jsou dle projektu tyto části:

- Měření a regulace
- Montáž VZT a chlazení
- Chlazení
- Montáž EPS
- Lékařská technologie
- Vedlejší náklady

V rámci realizace díla bude dodavatel realizovat a dodávat položky Díl M23, Díl M24, Díl M24.1, Díl M27, díl M39 a díl VN.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že sdělením zadavatele ze dne 18. 12. 2023 bylo mj. uvedeno, že jako přílohu tohoto sdělení přikládá zadavatel úplný výkaz výměr. Vzhledem k tomu, že toto sdělení se vztahovalo k části TECHNOLOGIE, bylo tak bez pochyb zřejmé, že tento výkaz výměr jsou dodavatelé povinni ocenit a předložit jako součást své nabídky pro část TECHNOLOGIE.

V Ostravě dne: 5. 1. 2024

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele