

Uveřejněno na profilu zadavatele: dne 13. 12. 2018
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (2)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj s C-ramenem

Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Zastoupená: Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva
MUDr. Vítém Lorencem, členem představenstva
IČO: 260 95 157
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Kobělušová
Telefon, email: +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora uvedený zadavatel zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku **Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj s C-ramenem**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 29. 10. 2018 do Věstníku veřejných zakázek, resp. Úředního věstníku EU, který byl dne 31. 10. 2018 pod evidenčním číslem Z2018-037745 uveřejněn. Zadávací podmínky zadavatel zveřejnil v souladu se zákonem na profilu zadavatele. Zadavatel obdržel elektronickou žádost k vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Úplné znění dotazu č. 1:

V Technická specifikace - Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický komplet s integrovaným C-ramenem – zadavatel požaduje: Rozsah angulace RAO LAO C ramene celkem minimálně +-130°.

Dotaz:

Chápeme dobře uvedené kritérium, pokud se domníváme, že rozsah angulace RAO LAO C ramene je + RAO a – LAO celkem minimálně 130°.

Odpověď zadavatele:

Ano, rozumíte tomu správně, součet úhlů je celkem minimálně 130°.

.....
za správnost Jana Kobělušová v.r.
osoba pověřená k administrativním úkonům