

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1**ze dne 10. 05. 2024**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

DODÁVKA DIALYZÁTORŮ PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE 2024**část 2: Dialyzátor low flux a high flux skupina B**

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupení: Mgr. Petr Studenovský, předseda představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2024-01707, které bylo dne 19.04.2024 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:**1) Specifikace – Zadávací podmínky**

V zadávací dokumentaci v části 6. Prokázání splnění kvalifikace zadavatel uvádí v odstavci 6.3. Technická kvalifikace kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, kde požaduje, aby účastník prokázal formou čestného prohlášení realizaci minimálně 2 významných dodávek dle uvedené požadované minimální úrovně. Zadavatel dále uvádí konkrétně pro část 2: Dialyzátor low flux a high flux skupina B požadavek na minimálně 2 uskutečněné dodávky, u nichž finanční objem dosáhl 5.000.000,- Kč bez DPH, a to pro každou dodávku samostatně.

Zadavatel neuvádí v tomto požadavku časové ohraničení (standardně se ve VZ používá jeden rok) a počty kusů dialyzátorů pro splnění finančního objemu kritéria technické kvalifikace.

Dotaz:

Doplň zadavatel počty kusů dialyzátorů i časové ohraničení pro splnění finančního objemu a počtu kusů uskutečněných dodávek v požadovaném objemu tak, aby uchazeč mohl správně prokázat technickou kvalifikaci?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel upřesňuje znění požadavku k bodu 6.3.1. zadávací dokumentace, kdy časové ohraničení je jeden rok, tzn. že účastník předloží seznam významných dodávek za poslední 3 roky, přičemž uvede

v každém roce 2 uskutečněné dodávky, u nichž finanční objem dosáhl 5.000.000,- Kč bez DPH, a to pro každou dodávku samostatně.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Specifikace – Zadávací podmínky

V zadávací dokumentaci v části 5. Klasifikace dle CPV a předpokládaná hodnota, zadavatel uvádí v odstavci 5.2.

Předpokládanou hodnotu:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na předmět plnění za dobu 48 měsíců činí za všechny položky včetně všech souvisejících nákladů: 38.173.500,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH pro jednotlivé části veřejné zakázky je:

část 1: Dialyzátor low flux a high flux skupina A je 7.777.500,- Kč bez DPH

část 2: Dialyzátor low flux a high flux skupina B je 30.396.000,- Kč bez

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH je zároveň cenou maximálně přípustnou a nepřekročitelnou. Překročení maximálně přípustné nabídkové ceny je důvodem k vyloučení nabídky účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Vzhledem k vývoji a aktuálním průměrným cenám dialyzátorů v České republice a na základě odstavce 8.1.6, kde zadavatel uvádí, že uchazeč musí počítat v nabídkové ceně s cenami s výhledem na celou dobu zakázky (48 měsíců od uzavření smlouvy) bez možnosti případné úpravy cen dle vývoje inflace, je maximální předpokládaná hodnota jednotlivých částí zakázky v Kč bez DPH nižší než aktuální cenová hladina poptávaných dialyzátorů.

Dotaz č. 2:

Změní zadavatel maximálně přípustnou hodnotu zakázky na předpokládanou tak, aby její případné překročení automaticky nevylučovalo potenciální uchazeče a tím si zajistí možnost hodnocení porovnatelných nabídek?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel sděluje, že nebude přistupovat ke změně, zvláště pak navrhovaným způsobem, který je pro Zadavatele méně výhodný. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě průzkumu trhu a předpokládaného vývoje cen.

V Českých Budějovicích dne 10.05.2024

Ing. Michaela Michalcová
Oddělení veřejných zakázek