

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1**

**ze dne 13. 05. 2024 k části 1**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### **DODÁVKA DIALYZÁTORŮ PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE 2024**

#### **část 1: Dialyzátor low flux a high flux skupina A**

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**  
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice  
Zastoupení: Mgr. Petr Studenovský, předseda představenstva  
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva  
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) výše uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení pod evidenčním číslem zakázky Z2024-01707, které bylo dne 19.04.2024 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

#### **Dotaz č. 1:**

V technické dokumentaci u části 1 Dialyzátory high flux skupina A požaduje zadavatel v části 1.4. minimální clearance Kreatininu ml/min 255 a v části 1.5. minimální clearance Kreatininu ml/min 265.

Bude zadavatel akceptovat snížení této hodnoty v části 1.4. o 1,18% a v části 1.5 o 0,75%? Z medicínského hlediska tato nižší hodnota nemá vliv na účinnost léčby.

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:**

Ano, zadavatel bude akceptovat snížení hodnoty clearance Kreatininu v části 1.4. na hodnotu 251 ml/min a v části 1.5 na hodnotu 263 ml/min.

Zadavatel upravil Přílohu č. 3 Technická specifikace část 1 LF, HF, ve které ponížil clearance Kreatininu v části 1.4 a 1.5. Nová Příloha s názvem: Upravená P3ZD Technická specifikace část 1 LF, HF k DI č. 1 ze dne 13.05.2024 je součástí tohoto vysvětlení ZD.

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:**

Vzhledem k výše uvedeným změnám zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 20. 5. 2024 na 27.5.2024, čas a způsob podání nabídek je nezměněn.

V Českých Budějovicích dne 13.05.2024

Ing. Michaela Michalcová  
Oddělení veřejných zakázek

Příloha:

Upravená P3ZD Technická specifikace část 1 LF, HF k DI č. 1 ze dne 13.05.2024