

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**ze dne 19. 06. 2024**

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dodávka validovaných diagnostik k rychlému průkazu mikrobiálních antigenů na principu imunofluorescence s výpůjčkou přístroje

Zadavatel: **Jihočeské nemocnice, a.s.**
Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Zastoupení: Mgr. Petr Studenovský, předseda představenstva
Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva
IČ: 260 93 804

Shora uvedený zadavatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku, a to zahájením zadávacího řízení na portálu zadavatele E-ZAK pod evidenčním číslem zakázky Z2024-025299.

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci v souladu s § 98 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci přístroje uvádí, že je nutná „Oboustranná komunikace s LIS (FONS OpenLIMS firmy STAPRO s.r.o.) a její zajištění ze strany dodavatele.“

Umožňuje zadavatel nabídku zařízení, které disponuje pouze jednostrannou komunikací?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Ano, postačuje jednostranná komunikace z přístroje do LIS.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v excelovém souboru P3ZD Soupis dodávek_ceník uvádí zdvojenou položku Chikungunya IgM. Akceptuje zadavatel podání nabídky na soupravu Chikungunya IgM/IgG, která zároveň detekuje obě protilátky?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v excelovém souboru P3ZD Soupis dodávek_ceník uvádí položky Dengue IgM a Dengue IgG. Akceptuje zadavatel podání nabídky na soupravu, která zároveň detekuje Dengue IgM/IgG?

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat.

V Českých Budějovicích dne 19.06.2024

Hana Beznosková
Oddělení veřejných zakázek